

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°: 042791					
Cliente: <i>Sistema de Agua y Saneamiento</i>		Modelo: <i>micro</i>		Fecha: <i>4/3/26</i>					
Contacto: <i>Sistema de Agua y Saneamiento</i>		N° Serie: <i>mic 0001562</i>		Diagnostica: <i>Abbolt</i>					
Dirección: <i>San Juan de los Rios (PA)</i>		Tanque: <i>LA 611</i>		S1: <i>26000631</i>					
Sector: <i>San Juan de los Rios (PA)</i>		N° Serie: <i>TNUK16731</i>		Remito: <i>/</i>					
Tipo Serv: <i>normal / preventivo</i>		Vencimiento de Consumibles		svo: <i>/</i>					
LC <i>/</i>	LC <i>/</i>	LC <i>/</i>	LC <i>/</i>	LC <i>/</i>					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos				SI	NO				
Cloro libre Alimentación: <i>0.40</i> ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐					
Conductividad alimentación: <i>293</i> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐					
Tensión alimentación: <i>220</i> V	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐					
Tensión fuente de alimentación: <i>290V</i> V	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐					
Tensión Bomba Recirculación: <i>/</i> °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐					
Tensión EDI: <i>/</i> °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐					
Presión alimentación: <i>/</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐					
Presión bomba de alta: <i>/</i> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐					
Presión Loop: <i>/</i> Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐					
Conductividad RO: <i>OK</i> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☐					
Conductividad Loop: <i>OK</i> uS/cm	Consumo bomba de alta:				A				
Caudal permeado: <i>/</i> L/min	Consumo bomba de Recirculación				A				
Caudal Loop: <i>OK</i> L/min	Temperatura				V				
Caudal concentrado: <i>/</i> L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm				
Recomendaciones									
<i>se realiza servicio mensual / semestral</i>									
<i>se controlan parametros y presiones</i>									
<i>se reemplaza LC 136, LC 229,</i>									
<i>se reemplaza microfiltro</i>									
<i>se reemplaza carbonblock</i>									
<i>Eg: 20 operatividad</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	☐		☐			☐		☐
1	carbonBlock	☐		☐			☐		☐
1	LC 229	☐		☐			☐		☐
1	LC 136	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>12:40</i>		Hora Fin:							
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>		Firma Cliente:							
Aclaración: <i>Romelo Nunez Palticio</i>		Aclaración:							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					