



César Zayas
Optimus
Responsable monotributo
C.u.i.t. 20-17801613-0
Ingr. Brutos 079271-03
Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Olympus
MODELO	CX31
SERIE N°	1F09479

SERVICIO TECNICO	FECHA: 04-jun-26
DETALLE	
Cenrrdo y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.	
OBSERVACIONES	
Lente Sup.del condensador con deterioro, no afecta la determinaciones. Equipo dentro del rango operativo.	
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA: 04-jun-27


CÉSAR ZAYAS
Técnico en Óptica
Instrumental