

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00033037					
Cliente: <i>Swiss Medical Catamarca</i>				Fecha: <i>17-9</i>					
Contacto:		Modelo: <i>Milla</i>		Diagnostica:					
Dirección: <i>Catamarca 1242</i>		N° Serie: <i>MC00001562</i>		S1: <i>23003355</i>					
Sector: <i>Lab. Catamarca</i>		Tanque:		Remito: <i>37079</i>					
Tipo Serv: <i>Semi-est</i>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/45		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	LC 174	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109	LC 136	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105	LC 175	LC 159					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No					
Conductividad alimentación: uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No					
Temperatura: °C		Consumo bomba de alta:		A					
Tensión alimentación: V		Consumo bomba de Recirculación:		A					
Tensión fuente de alimentación: V		Tensión Bomba Recirculación:		V					
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:		Si No					
Presión alimentación: Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No					
Presión bomba de alta: Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No					
Presión Loop: Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No					
Conductividad RO: uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:		Si No					
Conductividad Loop: <i>0.04</i> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:		Si No					
Caudal permeado: L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No					
Caudal Loop: L/min		Caudal concentrado:		L/min					
Recomendaciones									
<i>- Se realiza mantenimiento Semi-est</i> <i>- Se miden parámetros y conductividad</i> <i>- Se cambian filtros de carbón y microfiltro. Se dejó un pack de resina LC226 y un microfiltro</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	LC226	X							
1	LC174	X							
1	Microfiltro	X							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <i>12:10</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>DZ</i>				Firma Cliente:					
Aclaración: <i>N/A</i>				Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (Único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				



VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
Herrera 2121 - C1295ACO - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (5411) 5298-6200- Fax: (5411) 4302-7180
E-mail: vwsa@veolia.com
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R
Código N° 091
DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

REMITO

N° 00011 - 00017679

Fecha: 22/08/2023

C.U.I.T. 33-70783575-9
ING. BRUTOS C.M.: 901-33707835759
INICIO DE ACTIVIDADES: 10/01/2002

Cliente: 1276737 - FUNDACION SWISS MEDICAL 25 DE MAYO 359 Piso:18 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AI - Capital Federal Argentina IVA: IVA Sujeto Exento CUIT: 30630682653	Domicilio de Entrega: 1278203 - SWISS- UNID. CTRAL CATAMARCA FUNDACION Catamarca 1242 Cont. Esteban Garraza 15-2256-5680 CABA - Capital Federal Argentina Tipo de Entrega: Entrega SETEC Valor de lo transportado: 27115.83
Cantidad de Bultos:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PEDIDO VENTA	ORDEN COMPRA	CANTIDAD/ UNIDAD
LC226	LC226 ELGA PACK	23003355	Ene 2022 - Dic 2022	1.00 EA
LC136M2	LC136M2-COMPOSITE AIRVENT FIL	23003355	Ene 2022 - Dic 2022	1.00 EA
CFYFYT321065	FILTRO 10IN X 5MIC 2.50D	23003355	Ene 2022 - Dic 2022	1.00 EA

Firma: _____	Fecha: ____/____/____	Aclaración: _____
Observaciones: _____		

Transportista: 7500 - VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.	CUIT: 33707835759
--	-------------------

Transportista	
C.U.I.T.	Recibi Conforme

Imprimió IMPRESIONES S.H. - reimpressiones@fibertel.com.ar
C.U.I.T.: 30-68236890-6 - Hab. Munic.: 41661
Impreso desde 00011-00017601 al 00011-00020600 - Impreso en 08-2023

Original: Blanco
Duplicado: Verde
Triplicado: Celeste

C.A.I.: 49319202343682
Vto.: 03/08/2024