

entrada 0119181337

Testeo General del Equipo			ELGA  VEOLIA			Servicio N°:			
						00026841			
Cliente: SWISS MEDICAL						Fecha: 6/6/22			
Contacto:			Modelo: MP120			Diagnostica: AOB			
Dirección: CATAMARCA 1242			N° Serie: 3507			S1: -			
Sector: LABORATORIO CENTRAL			Tanque: -			Remito: -			
Tipo Serv: MANT MENSUAL			N° Serie: -			svo: -			
Solo Medica R/D 7/15			Solo Medica Pro/Centra 30/60/120			Solo Medica/Centra R200			
Contador de horas			Fecha cambio de consumibles			Fecha cambio de consumibles			
LC 141		LC 105	LC 177		LC 174	12/22	LC 156	LC 160	
LC 125		LC 154	LC 109	10/22	LC 136	10/22	LC 158		
LC 140		LC 136	LC 105	3/23	LC 175		LC 159		
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:			ppm/mV			Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:			
Conductividad alimentación:			uS/cm			Filtro Malla Loop solo R15 :			
Temperatura:			°C			Consumo bomba de alta:			
Tensión alimentación:			V			Consumo bomba de Recirculación:			
Tensión fuente de alimentación:			V			Tensión Bomba Recirculación:			
Estado general del filtro de alimentación:			Si No			Nivel de ruido bomba de alta:			
Presión alimentación:			Bar			Nivel de ruido bomba de recirculación:			
Presión bomba de alta:			Bar			Control de cierre de la válvula de alim.:			
Presión Loop:			Bar			Acceso para el mantenimiento adecuado:			
Conductividad RO:			uS/cm			Drenaje optimo para el equipo:			
Conductividad Loop:			uS/cm			El cliente requiere cambio en la programación:			
Caudal permeado:			L/min			Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:			
Caudal Loop:			L/min			Caudal concentrado:			
Recomendaciones									
- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES									
- EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MFILTRO	X							
2	CT3	X							
Resultado del servicio:			Muy Satisfactorio:			Satisfactorio:			Poco Satisfactorio:
Hora Inicio:			Hora Fin:						
Firma Técnico:			Firma Cliente:						
Aclaración: DIMITMECA			Aclaración: FANGLERON M						
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				