


C 20002

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				044513					
Cliente: SWISS MEDICAL				Fecha: 06/05/26					
Contacto:		Modelo: MICRA		Diagnostica: ABBOTT					
Dirección: CATAMARCA 1242 (CABA)		N° Serie: MIC 0000 1562		S1:					
Sector: INMUNOSENTOLOGIA (PB)		Tanque: 25 LTS		Remito:					
Tipo Serv: MENSUAL		N° Serie: /		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	/	LC	/	LC	/				
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos				SI	NO N/A				
Cloro libre Alimentación:	0,1 ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐				
Conductividad alimentación:	349 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐				
Tensión alimentación:	223 v	Filtro Malla Loop solo	☐	☒	☐				
Tensión fuente de alimentación:	24 v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	/	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☒				
Tensión EDI	N/A	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐				
Presión alimentación:	0,6 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐				
Presión bomba de alta:	2,5 Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐				
Presión Loop:	/	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐				
Conductividad RO:	4 uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☒				
Conductividad Loop:	<0,075 uS/cm	Consumo bomba de alta:			▲				
Caudal permeado:	/ L/min	Consumo bomba de Recirculación			▲				
Caudal Loop:	/ L/min	Temperatura		24,9 °C					
Caudal concentrado:	/ L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	N/A		uS/cm				
Recomendaciones									
SE REALIZA SERVICIO MENSUAL									
CONTROL DE PARAMETROS									
REVISION GENERAL									
EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CEXFT324065	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:	☐	Satisfactorio:	☐	Poco Satisfactorio:	☐		
Hora Inicio:		08/20		Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		TOVAGUARO (CONTRATO)		Aclaración:		10 318995			
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas				
+54 9 11 3580-5695					Escanea y completa todos los datos solicitados				
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)				
									
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				