



Cod. 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 0003-00000146

Saladillo 1277 Dto. 2 - C1408FJE
C.A. Buenos Aires - Tel.: 4644-2394

Fecha: 18 / 07 / 22

C.U.I.T.: 20-17801613-0
Ing. Brutos: 079271-03
Fecha Inicio Activ.: 12/1998

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Sr(es) Swiss Medical S.A.
Calle Colon 257 Localidad Campocrova

IVA: No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐
R. Inscripto ☒ R. Monotributo ☐

CUIT: 30-65485516-8

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cta. Cte. ☐

Remitimos a Ud(s) lo siguiente:

ORIGINAL: Blanco ~ DUPLICADO: Verde

Recibí conforme:


Firma

Aclaración de Firma



Guillermo González - Caaguazú 6739 Capital - Telefax: 4644-0677 Habilitación Exp. 75060/05
CUIT: 20-07672741-5 - Fecha impresión: 12/08/2021 - Del 0003-00000101 al 0003-00000150.

C.A.I. N° 47320187523038
Fecha Vto.: 10/08/2022



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E-200
SERIE N°	614243

SERVICIO TECNICO	FECHA:	18-jul-22
DETALLE		
Cenrtrdo y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Equipo dentro de rango operativo. Aprobado		
 ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	18-jul-23