

General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°: 044469					
Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>		Modelo: <i>PASTORAL</i>		Fecha: <i>23/4/20</i>					
Contacto:		N° Serie: <i>MA0719995</i>		Diagnostica: <i>ROCHE</i>					
Dirección: <i>ENTAMORCA - 424242 (CABA) 321</i>		Tanque:		S1:					
Sector: <i>PASTORAL - CMO 3° P. 1.0</i>		N° Serie:		Remito:					
Tipo Serv: <i>MENSURAS</i>		Vencimiento de Consumibles		SVO:					
LC <i>174</i> <i>1/26</i>		LC <i>136</i> <i>8/26</i>		LC <i>105</i> <i>1/3/27</i>					
RO CICLOS		70/20		VOL TOTAL					
177095									
Relevamiento de Datos									
				SI	NO				
				N/A					
Cloro libre Alimentación: <i>0.7</i> ppm/ml		Filtro de alimentación:		☒	☐				
Conductividad alimentación: <i>308</i> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☐	☐				
Tensión alimentación: <i>27.1</i> V		Filtro Malla Loop solo		☐	☐				
Tensión fuente de alimentación: <i>1.24</i> V		Nivel de ruido bomba de alta:		☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación: <i>OK</i> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒	☐				
Tensión EDI <i>N/A</i> °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒	☐				
Presión alimentación: <i>3.5.5</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒	☐				
Presión bomba de alta: <i>7.2</i> Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☐	☐				
Presión Loop: <i>1.13</i> Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐	☒				
Conductividad RO: <i>9</i> uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☒	☐				
Conductividad Loop: <i>0.067</i> uS/cm		Consumo bomba de alta:		☐	☐				
Caudal permeado: <i>1</i> L/min		Consumo bomba de Recirculación		☐	☐				
Caudal Loop: <i>OK</i> L/min		Temperatura		☐	☐				
Caudal concentrado: <i>OK</i> L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		☐	☐				
Recomendaciones									
<i>ES NECESARIO MANTENIMIENTO MENSUAL</i>									
<i>CONTROLADO DE CILINDROS</i>									
<i>CONTROL DE PARAMETROS Y PRESIONES</i>									
EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	<i>CEYCC122426</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio:				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: <i>TOVAGERO LAMARCA</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)				
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockolga@veolia.com				