

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00039797					
Cliente: Swiss medical catering		Fecha: 09/09/25							
Contacto:		Modelo: HP 60							
Dirección: CABA		N° Serie: MP00005085							
Sector: Laboratorio P. 50 2		Tanque: /							
Tipo Serv: Mensual		N° Serie: /							
Vencimiento de Consumibles		SVO: 09/25							
LC 179 09/25		LC 136 09/25							
LC 105 03/20		LC							
RO CICLOS 61977		VOL TOTAL 154913							
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación: / ppm/mV		Filtro de alimentación: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Conductividad alimentación: 349 uS/cm		Filtro Malla alimentación: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión alimentación: 220 v		Filtro Malla Loop solo: ☐ SI ☐ NO ☒ N/A							
Tensión fuente de alimentación: 24 v		Nivel de ruido bomba de alta: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión Bomba Recirculación: / °C		Nivel de ruido bomba de recirculación: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión EDI: / °C		Control de cierre de la válvula de alim.: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Presión alimentación: 4.5 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Presión bomba de alta: 5 Bar		Drenaje optimo para el equipo: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Presión Loop: / Bar		El cliente requiere cambio en la program: ☐ SI ☒ NO ☐ N/A							
Conductividad RO: 8 uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Conductividad Loop: 0.007 uS/cm		Consumo bomba de alta: / A							
Caudal permeado: 1.0 L/min		Consumo bomba de Recirculación: / A							
Caudal Loop: / L/min		Temperatura: 29 °C							
Caudal concentrado: / L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI: / uS/cm							
Recomendaciones									
- Se realiza servicio mensual									
- Se controlan presiones y presiones									
- Se cambian microfiltro y carbon block de Alimentación									
- Se sanitiza RO									
- Equipo operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
2	Microfiltro	☒		☐			☐		☐
2	Carbon block	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: 13:00		Hora Fin: 15:00							
Firma Técnico: [Firma]		Firma Cliente: [Firma]							
Aclaración: Umbides		Aclaración:							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono		Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas							
+54 9 11 3580-5695		Escanea y completa todos los datos solicitados							
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados		Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)							
									
		2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com							