

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

00031374

Cliente: *Swiss Medical Calamarca* Fecha: *15/5/23*
 Contacto: *Calamarca 1242 CABA* Modelo: *110123* Diagnostica: *188*
 Dirección: *Calamarca 1242 CABA* N° Serie: *1R00H230252* S1:
 Sector: *Laboratorio Dso 2* Tanque: Remito:
 Tipo Serv: N° Serie: svo:

Solo Medica R/D 7/15

Solo Medica Pro/Centra 30/60/120

Solo Medica/Centra R200

Contador de horas

Fecha cambió de consumibles

Fecha cambió de consumibles

LC 141	LC 105	LC 177	<i>Sep 23</i>	LC 174	<i>Oct 23</i>	LC 156	LC 160
LC 125	LC 154	LC 109	<i>Sep 23</i>	LC 136	<i>Sep 23</i>	LC 158	
LC 140	LC 136	LC 105	<i>Nov 24</i>	LC 175	<i>1</i>	LC 159	

RO CICLOS

10234

VOL TOTAL

407965

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación: <i>ppm/mv</i>	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: <i>Si No</i>
Conductividad alimentación: <i>uS/cm</i>	Filtro Malla Loop solo R15: <i>Si No</i>
Temperatura: <i>25.8 °C</i>	Consumo bomba de alta: <i>A</i>
Tensión alimentación: <i>220</i>	Consumo bomba de Recirculación: <i>A</i>
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>	Tensión Bomba Recirculación: <i>v</i>
Estado general del filtro de alimentación: <i>Si No</i>	Nivel de ruido bomba de alta: <i>Si No</i>
Presión alimentación: <i>1.8 Bar</i>	Nivel de ruido bomba de recirculación: <i>Si No</i>
Presión bomba de alta: <i>2.6 Bar</i>	Control de cierre de la válvula de alim.: <i>Si No</i>
Presión Loop: <i>1.1 Bar</i>	Acceso para el mantenimiento adecuado: <i>Si No</i>
Conductividad RO: <i>15 uS/cm</i>	Drenaje optimo para el equipo: <i>Si No</i>
Conductividad Loop: <i>0.067 uS/cm</i>	El cliente requiere cambio en la programación: <i>Si No</i>
Caudal permeado: <i>2.1 L/min</i>	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: <i>Si No</i>
Caudal Loop: <i>L/min</i>	Caudal concentrado: <i>L/min</i>

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento mensual, reemplazo de membrana de alimentación, sanitización de membranas, medición de presiones, verificación de programación y funcionamiento.

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	<i>Agua</i>	<i>✓</i>							

Resultado del servicio: *Muy Satisfactorio* Satisfactorio: Poco Satisfactorio:
 Hora Inicio: Hora Fin:
 Firma Técnico: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*
 Aclaración: *repro bollos* Aclaración: *Henry Salinas*

Call center Servicio Técnico
 (único número para recepción de solicitudes y reclamos)
 Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
 stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
 ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
 Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
 Abono Premium 72hs.
 Abono Premium Oro 48hs.