

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

043969

Cliente: *SWISS medical Catamarca*

Fecha: *25/9/25*

Contacto:

Modelo: *MP-120*

Diagnostica: *ABB*

Dirección: *Catamarca 1242*

N° Serie: *MP00003507*

S1:

Sector: *128 2-Piso*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *mensual + mejor instalación*

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC

LC *174 3/26*

LC *136 3/26*

LC *109 3/26*

LC *105 9/26*

RO CICLOS

3959

VOL TOTAL

122 346

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación: <i>—</i>	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐
Tensión alimentación: <i>220</i>	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación: <i>2.5</i>	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: <i>9</i>	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop: <i>1.16</i>	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO: <i>8</i>	uS/cm	Sensor Detenccion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop: <i>0.067</i>	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado: <i>2</i>	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura <i>22.6</i>			v
Caudal concentrado: <i>1</i>	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento mensual, se mejor instalación, cambio de mangueras, termofusion 2 Bombas

Se sanitiza RO

Se cambia micro filtro de entrada

Se verifican parámetros y presiones

equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Micro Filtro</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *9*

Hora Fin:

Firma Técnico: *[Firma]*

Firma Cliente: *[Firma]*

Aclaración: *[Firma]*

Aclaración: *María Lezcano*

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados



Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)