

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

043971

Cliente: SWIS catamarca

Fecha: 9/10/25

Contacto:

Modelo: MP120

Diagnostica: ABB

Dirección: catamarca 1242 CAB

N° Serie: MP00003507

S1:

Sector: LAB Central 2°

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: mensual

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC

LC 174 3/26

LC 136 2/26

LC 105 6/26

LC 109 2/26

RO CICLOS

4182

VOL TOTAL

130408

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación:	—	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	380	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐
Tensión alimentación:	220	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	24	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	/	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI	/	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	2.5	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	7.9	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	1.10	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO:	9	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop:	0.220	uS/cm	Consumo bomba de alta:	/		A
Caudal permeado:	2.2	L/min	Consumo bomba de Recirculación	/		A
Caudal Loop:	/	L/min	Temperatura	21.6		v
Caudal concentrado:	/	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	/		uS/cm

Recomendaciones

Se Realiza mantenimiento mensual

Se controlan Parametros y Presiones

Se cambia micro filtro de entrada, se cambia Filtro Carbon / 10272

Se sanitiza Ro

equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	micro filtro	☒		☐			☐		☐
1	Filtro Carbon	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

☒

Satisfactorio:

☐

Poco Satisfactorio:

☐

Hora Inicio: 11:00

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Acción:

Aclaración:

Urgen

siguiendo contacto rápido, llame al

+54 9 60 de teléfono

Solo llamadas - Lunes

695

Serizados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas

Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

