

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00038169

Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>	Fecha: <i>9/1/24</i>
Contacto:	Modelo: <i>PHOTOMAT</i>
Dirección: <i>CATAMARCA SUR</i>	N° Serie: <i>0071991</i>
Sector: <i>PLANTA AGUA 3-PISS</i>	Tanque:
Tipo Serv:	N° Serie:
svo:	

Vencimiento de Consumibles

LC	LC	LC	LC
----	----	----	----

RO CICLOS

VOL TOTAL

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☐
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☐
Tensión alimentación:	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐
Presión bomba de alta:	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Detección de perdidas conectado	☐	☐	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado:	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

SE AGILIZA CONTROL MENSUAL

SE CHEQUEAN PRESIONES

NO SE CAMBIAN FILTROS POR FALTANTE

EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio: ☐	Satisfactorio: ☐	Poco Satisfactorio: ☐
-------------------------	---	---	--

Hora Inicio: <i>14:30</i>	Hora Fin:
---------------------------	-----------

Firma Técnico: <i>[Firma]</i>	Firma Cliente: <i>[Firma]</i>
-------------------------------	-------------------------------

Aclaración: <i>OK, muy</i>	Aclaración: <i>Henry Klingel A Revisar</i>
----------------------------	--

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

