

PRESVAC

	FORMULARIO DE CONTROL FINAL	CODIGO
	Ficha de equipos Fabricados	Form. 4-7-040 Rev. D

CENTRIFUGA DE MESA	MODELO: ☒ DCA 300 RVT ☐ DCS 16 RVT PLUS
ORDEN DE FABRICACION	
Emitido por: GUILLERMO PARISI	Recibido por: JORGE FERRARI
Fecha de emisión: 28 / 03 / 25	Cantidad: 01
Fecha finalizado: 28 / 03 / 25	Fecha pactada: 28 / 03 / 25

Idioma: ☒ Castellano ☐ Ingles.Red eléctrica: ☒ AC.220 Volt. ☐ AC.110 Volt

Nº serie: 25089					Observaciones	
	DESCRIPCIÓN	CONTROL				
1	RESIST. DE PUESTA A TIERRA <0.1 ohm	OK				
2	RIGIDEZ ELÉCTRICA (sin descarga disruptiva)	OK				
3	FUGA < 0.75 mA	OK				
4	Funcionamiento De Las Teclas Soft/Display	OK				
5	Ruidos/vibraciones/Sentido De Giro	OK				
6	Control De Las RPM 300 / 600 / 1200	OK	OK	OK		
7	Tiempo De Control RPM 4 / 7 / 10 Min	OK	OK	OK		
8	control De alarma / Buzzer	OK				
9	Almacenamiento De Datos	OK				
10	Apertura Manual De Tapa 3 Veces	OK	OK	OK		
11	Apertura Automática De Tapa 10 Veces	OK				
12	Fuga De Aire a 3500 RPM	OK				
13	Ajuste De Gabinete (Tornillos)	OK				
14	Desbalanceo (13 Gr. 700 a 900 RPM)	OK				
15	Velocidad máxima programable	OK			3500 RPM	
16	Calibración General del equipo	OK			Cambio de cerrojo, teclado, burlete y patas	
17	Calcos/Dotación/Embalaje Final	OK			Cabezal	CP-4300
					Porta tubos	OK

FECHA DE CALIBRACIÓN: 28/03/2025

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 28/03/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/03/2026

Lic. **GUILLERMO PARISI**
SOCIO GERENTE
PRESVAC S.R.L.

Responsable Técnico:	Ing. CESAR ROSSI Mat. COMTEC 2905	Liberación de equipo:	Fecha: 28/03/25
----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------