

		FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000 Versión: 2.0 Vigencia: 2021	
Equipo: CEN-24084 Nº Serie: 24084		Marca: PRESVAC Modelo: DCA-300 RVT		Clase: I Tipo: B	
Instrumental		Marca	Modelo	Nº de serie	
Analizador SE		Fluke	ESA-601	9271037	
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)					
Inspección superada, el equipo es apto para el uso				X	
El equipo ha necesitado reparación					
El equipo no está reparado. No se puede usar					
Comentarios:					

Puntos de inspección					
8.1	Test Cualitativo: Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda				
8.1.1	Cable de alimentación	P			
8.1.2	Amarres contra tirones	NA			
8.1.3	Interruptores y fusibles	P			
8.1.4	Baterías	NA			
8.1.5	Montaje	P			
8.2	Ensayo de seguridad eléctrica				
8.2.1	Tensión de red (V)	217.4			
8.2.2	Resistencia de tierra (Ω)				
Sólo aplicable a equipos clase I, todos los tipos (<0,1±15%)Ω					
	Resistencia	0.382			
	Nota				
8.2.3	Corriente de fuga a tierra (μA)				
Aplicable a equipos clase I, todos los tipos ≤(500 ±15%)μA CN. O (≤1±15%) mA CPD					
	Condición normal	255	254		
	Condición de primer defecto	483	528		
	Nota	NORMAL	REVERSE		
8.2.4	Corriente de fuga en la envoltura (μA)				
Aplicable a equipos toda clase y tipo ≤ (100±15%)μA en CN o ≤ (500±15%)μA en CPD					
	Condición normal	0.1	0.1		
	Condición de primer defecto	0.7	0.8		
	Nota	NORMAL	REVERSE		
8.2.5	Corriente de fuga a paciente (μA)				
Aplicable a equipos toda clase y tipo que tengan partes aplicables					
Tipos B y BF (100±15%)μA en CN y (500±15%)μA en CPD Tipo CF (10±15%)μA en CN y (50±15%)μA en CPD.					
	Todas la partes aplicativas	CN	NA	NA	
		CPD	NA	NA	
	Parte aplicativa 1	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 2	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 3	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 4	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 5	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 6	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 7	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 8	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 9	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 10	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA

		FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000 Versión: 2.0 Vigencia: 2021	
		Nota			
8.2.6	Corriente auxiliar a paciente (µA)				
Aplicable a equipos toda clase y tipo Tipos B y BF (100±15%) µA en CN, (500±15%) µA en CPD. Tipo CF (10±15%) µA en CN y (50±15%) µA en CPD.					
	Parte aplicativa 1	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 2	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 3	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 4	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 5	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 6	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 7	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 8	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 9	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 10	CN	NA		
		CPD	NA		
		Nota			
8.2.7	VDE: Corriente de fuga diferencial (µA)				
Realizar con el equipo apagado Clase I (500±15%)µA Clase II (100±15%)µA					
	Corriente		270		
	Nota				