

(D)

e 604

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				042787					
Cliente: <u>Suris Medical Catamarca</u>		Fecha: <u>4/3/26</u>		Diagnostica: <u>Packe</u>					
Contacto: <u></u>		Modelo: <u>MP 60</u>		S1: <u>26000693</u>					
Dirección: <u></u>		N° Serie: <u>MP 00005035</u>		Remito: <u></u>					
Sector: <u>Abolatorio central (2do piso)</u>		Tanque: <u></u>		svo: <u></u>					
Tipo Serv: <u>Mensual + Semestral</u>		N° Serie: <u></u>		LC					
Vencimiento de Consumibles									
LC <u>136</u> <u>8/26</u>		LC <u>136</u> <u>9/26</u>		LC <u>105</u> <u>3/27</u>					
LC <u>109</u> <u>9/26</u>		LC <u>109</u> <u>9/26</u>		LC <u>109</u> <u>9/26</u>					
RO CICLOS <u>6956</u>		VOL TOTAL <u>175456</u>							
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación: <u>2.10</u> ppm/mV		Filtro de alimentación: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Conductividad alimentación: <u>293</u> uS/cm		Filtro Malla alimentación: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión alimentación: <u>270</u> v		Filtro Malla Loop solo: ☐ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> v		Nivel de ruido bomba de alta: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión Bomba Recirculación: <u>1</u> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Tensión EDI: <u>1</u> °C		Control de cierre de la válvula de alim.: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Presión alimentación: <u>2.2</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Presión bomba de alta: <u>7.2</u> Bar		Drenaje optimo para el equipo: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Presión Loop: <u>1.12</u> Bar		El cliente requiere cambio en la program: ☐ SI ☒ NO ☐ N/A							
Conductividad RO: <u>9</u> uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado: ☒ SI ☐ NO ☐ N/A							
Conductividad Loop: <u>0.067</u> uS/cm		Consumo bomba de alta: <u>1</u> A							
Caudal permeado: <u>1.0</u> L/min		Consumo bomba de Recirculación: <u>1</u> A							
Caudal Loop: <u>OK</u> L/min		Temperatura: <u>24.8</u> v							
Caudal concentrado: <u>OK</u> L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI: <u>1</u> uS/cm							
Recomendaciones									
<u>se realiza servicio mensual + semestral</u>									
<u>se controla potenciales presiones</u>									
<u>se reemplaza microfiltro de alimentación</u>									
<u>se controla R.O</u>									
<u>se reemplaza LC 136, LC 105 y LC 109</u>									
<u>se controla filtro mech</u>									
Equipo Operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	☒		☐			☐		☐
1	LC 136	☒		☐			☐		☐
1	LC 105	☒		☐			☐		☐
1	LC 109	☒		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>12:40</u>				Hora Fin: <u></u>					
Firma Técnico: <u>[Firma]</u>				Firma Cliente: <u></u>					
Aclaración: <u>Domero Nunez fabrica</u>				Aclaración: <u></u>					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					