

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	N° SERIE	EQUIPO N°	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	THERMO	VH05964	237	10-100 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	10 μl	10,3	Correcta	Correcta
		10,3		
		10,2		
		10,2		
		10,3		
		10,26	Error :	2.6 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	50 µl	50,7	Correcta	Correcta
		51,9		
		50,8		
		51,7		
		50,9		
		51,2		
			Error :	2.4 %

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
N° 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	100 μl	101,9	Correcta	Correcta
		102,4		
		101,5		
		101,9		
		103,9		
		102,32	Error :	2.3 %



Fecha
20 / .06 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	M.M.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,9 °C
HUMEDAD AMBIENTE	57,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-474	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

* Ensayo realizado según normas Internacionales
* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

