

General del
Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

00033031

Cliente: *Sus Medical Coamarc*
Dirección: *Coamarc 1242*
Sector: *lab central 20°*
Tipo Serv: *Manual*
Modelo: *HP 120*
N° Serie: *HP 000330*
Tanque:
N° Serie:

Fecha: *12-9-2014*

Diagnostica:

S1:

Remito:

SVO:

Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200	
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles	
LC 141	LC 105	LC 177	<i>3/24</i>	LC 156	LC 160
LC 125	LC 154	LC 109	<i>3/20</i>	LC 158	
LC 140	LC 136	LC 105	<i>3/24</i>	LC 159	

RO CICLOS

366P3

VOL TOTAL

105P003

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mv	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si No
Temperatura:	<i>17</i> °C	Consumo bomba de alta:	A
Tensión alimentación:	<i>220</i> V	Consumo bomba de Recirculación:	A
Tensión fuente de alimentación:	<i>24</i> V	Tensión Bomba Recirculación:	V
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si No
Presión alimentación:	<i>2.2</i> Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si No
Presión bomba de alta:	<i>6.8</i> Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si No
Presión Loop:	<i>1.14</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si No
Conductividad RO:	<i>15</i> uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si No
Conductividad Loop:	<i>1.068</i> uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si No
Caudal permeado:	<i>2</i> L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:	L/min

Recomendaciones

- Se realizó Mantenimiento Manual
- Se recalibró parámetros y pH
- Se sustituyó RO

- Equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio:	Satisfactorio:	Poco Satisfactorio:
Hora Inicio:	<i>11:40</i>	Hora Fin:	
Firma Técnico:	<i>[Firma]</i>	Firma Cliente:	<i>[Firma]</i>
Aclaración:	<i>ALFAU</i>	Aclaración:	<i>[Firma]</i>

Call center Servicio Técnico
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283

Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com

Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos)

Tiempos de respuesta:
Abono Premium 72hs.
Abono Premium Oro 48hs.

General del
Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

00033030

Cliente: *Sw. Medical*

Contacto: *Continencia*

Dirección: *Continencia 1242*

Sector: *106 central 200 piso*

Tipo Serv: *SEMENTAL*

Modelo: *MP 120*

N° Serie: *MP00003007*

Tanque: *MP00003007*

N° Serie: *MP00003007*

Fecha: *12-08-2018*

Diagnostica: *Abono*

S1: *2300 72 33*

Remito: *17670*

SVO: *17670*

Solo Medica R/D 7/15			Solo Medica Pro/Centra 30/60/120			Solo Medica/Centra R200		
Contador de horas			Fecha cambio de consumibles			Fecha cambio de consumibles		
LC 141		LC 105	LC 177		LC 174	LC 156		LC 160
LC 125		LC 154	LC 109		LC 136	LC 158		
LC 140		LC 136	LC 105		LC 175	LC 159		

RO CICLOS

36693

VOL TOTAL

1058503

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si	No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si	No
Temperatura:	°C	Consumo bomba de alta:		
Tensión alimentación:	V	Consumo bomba de Recirculación:		
Tensión fuente de alimentación:	V	Tensión Bomba Recirculación:		
Estado general del filtro de alimentación:	Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si	No
Presión alimentación:	Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si	No
Presión bomba de alta:	Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si	No
Presión Loop:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si	No
Conductividad RO:	uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si	No
Conductividad Loop:	uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si	No
Caudal permeado:	L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si	No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:		

Recomendaciones

- Se realizó mantenimiento SEMENTAL
- Se reemplazó pastillas y membranas
- Se dejó carbón activado, consumibles, LC136, LC105, Membranas
- Carbon block

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	LC136		X						
1	LC105		X						
2	Membranas		X						
2	CCRYT3210		X						

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio:	Satisfactorio:	Poco Satisfactorio:
Hora Inicio:	<i>11:00</i>	Hora Fin:	
Firma Técnico:	<i>[Firma]</i>	Firma Cliente:	<i>[Firma]</i>
Aclaración:	<i>Alcaldia</i>	Aclaración:	

Call center Servicio Técnico
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283
Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com
Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
Lunes a Viernes 18 a 9 00 hs. 011 1535805695
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos)
Tiempos de respuesta:
Abono Premium 72hs.
Abono Premium Oro 48hs.