

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				042791					
Cliente: <i>Swiss Medical Sotomilca</i>				Fecha: <i>4/3/26</i>					
Contacto:		Modelo: <i>Micka</i>		Diagnostica: <i>Abhoff</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>MIC 0001567</i>		S1: <i>26002631</i>					
Sector: <i>inmunosupresión (PB)</i>		Tanque: <i>LA 611</i>		Remito:					
Tipo Serv: <i>mensual / semestral</i>		N° Serie: <i>TNR 16731</i>		SVO:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC	LC	LC	LC	LC	LC				
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos									
				SI	NO	N/A			
Cloro libre Alimentación: <i>0.40</i>	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐				
Conductividad alimentación: <i>293</i>	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐				
Tensión alimentación: <i>270</i>	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐				
Tensión fuente de alimentación: <i>240</i>	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐				
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐				
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐				
Presión bomba de alta:	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐				
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐				
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☐				
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A				
Caudal permeado:	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A				
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			v				
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm				
Recomendaciones									
• se realiza servicio mensual / semestral • se controlan parametros y presiones • se reemplaza LC 136, LC 229, • se reemplaza microfiltro • se reemplaza carbonblock									
• Eq. RO operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	☒		☐			☐		☐
1	carbonBlock	☒		☐			☐		☐
1	LC 229	☒		☐			☐		☐
1	LC 136	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>12:40</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente:					
Aclaración: <i>Ramiro Nunez Patricia</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opción SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				