

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

00038162

Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>	Fecha: <i>9/10/24</i>
Contacto:	Modelo: <i>MPALC</i>
Dirección: <i>C/ M. MARA 1242</i>	N° Serie: <i>MP000504</i>
Sector: <i>C/ B. M. TOMAS L. P. S.</i>	Tanque:
Tipo Serv: <i>MENSUAL</i>	N° Serie:
	S1:
	Remito:
	svo:

Vencimiento de Consumibles

LC <i>174 5/15</i>	LC <i>136 3/15</i>	LC <i>105 3/15</i>	LC <i>177 3/15</i>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

RO CICLOS

43756

VOL TOTAL

1301244

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación: <i>-</i> ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación: <i>254</i> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐
Tensión alimentación: <i>220</i> v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i> v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación: <i>-</i> °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI: <i>-</i> °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación: <i>2.2</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: <i>6.8</i> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐
Presión Loop: <i>1.5</i> Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO: <i>8</i> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop: <i>0.062</i> uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado: <i>2.1</i> L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop: <i>-</i> L/min	Temperatura: <i>28.8</i> v			v
Caudal concentrado: <i>-</i> L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL
- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES
- SE CAMBIA FILTRO MESH
- SE CAMBIA MAS FILTRO DE ALIMENTACION
- SE SANITIZA RO
- SE CAMBIA CARBON BLOCK
- SE CONTROLA SENSOR ANTIDRENADO
- EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Carbón Block</i>	☐	<i>3/12</i>	☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>Malla</i>	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐ Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *19:30*

Hora Fin:

Firma Técnico: *[Firma]*Firma Cliente: *[Firma]*Aclaración: *DIAGNOSTICO*Aclaración: *Henry J. J. A. Revizar*

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados



Emergencias tiempo de respuesta
hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes
de 8:00 hs a 17:00 hs)