

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

044464

Cliente: SWISS MEDICAL

Fecha: 7/4/26

Contacto: CATARALCA 1242 (Aca)

Modelo: MP 120

Diagnostica: APPROFT

Dirección: LABORATORIO 2°

N° Serie: MP00003507

S1:

Factor: MENSUAL

Tanque:

Remito:

Po Serv: MENSUAL

N° Serie:

SVO:

Vencimiento de Consumibles

LC 14727

C 174 8/26 LC 136 9/26 LC 105 3/27 LC 109 8/26

RO CICLOS

6828

VOL TOTAL

231465

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Flujo libre Alimentación:	0.7 ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	304 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐
Tensión alimentación:	221 v	Filtro Malla Loop solo	☐	☒	☐
Tensión fuente de alimentación:	24 v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	OK °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI	N/A °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	3 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	B Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	1.15 (16) Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO:	0.8 uS/cm	Sensor Detención de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop:	0.067 uS/cm	Consumo bomba de alta:	OK		A
Caudal permeado:	2.2 L/min	Consumo bomba de Recirculación	OK		A
Caudal Loop:	OK L/min	Temperatura	20.6 °C		
Caudal concentrado:	OK L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	N/A uS/cm		

Recomendaciones

1. Realizar servicio y mantenimiento mensual
2. Controlar presiones y flujos
3. Cambiar RO
4. Controlar nivel de agua de alimentación
5. Verificar estado general

EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CEFFY1321065	☒		☐			☐		☐
1	LC114	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración: TONAGLIANO LEONARDO

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al
siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanee y completa todos los datos
solicitados



Emergencias tiempo de respuesta
hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes
de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com