

Optimus
de César Ramón Zavala

R

Cod. 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

N° 0003-00000101

Saladillo 1277 Dto. 2 - C1408FJE
C.A. Buenos Aires - Tel.: 4644-2394

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Fecha: 17 / 08 / 21

C.U.I.T.: 20-17801613-0

Inq. Brutos: 079271-03

Fecha Inicio Activ.: 12/1998

Sr (es). Swiss Medical S.A.

Calle CATAMARCA 1240 Localidad CABA

IVA: No Resp. ☐


Exento ☐Cons. Final ☐R. Inscripto ☒

R. Monotributo ☐

CUIT: 30-65485516-8

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cta. Cte. ☐

Remitimos a Ud(s) lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE
1	Posición 80: Microscopio MARCA NIKON modelo Eclipse E-200 SERIE 146468 servicio técnico de mantenimiento preventivo :- 
	Pedido de Compras N° 4500748361

Recibí conforme:

Tec. Milton Martinez
Ingenieria Clinica
Swiss Medical S.A.
Legajo: 20.705

Firma


Aclaración de Firma



Guillermo González - Caaguazú 6739 Capital - Telefax: 4644-0677 Habilitación Exp. 75060/05
CUIT: 20-07672741-5 - Fecha impresión: 12/08/2021 - Del 0003-00000101 al 0003-00000150.

C.A.I. N° 47320187523038
Fecha Vto.: 10/08/2022

ORIGINAL: Blanco ~ DUPLICADO: Verde



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Eclipse E200
SERIE Nº	146468

SERVICIO TECNICO	FECHA:	18-ago-21
DETALLE		
Centrado y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.		
OBSERVACIONES		
Lente del foco presenta marcas leves sin afectar su operatividad. Equipo dentro del rango operativo. Aprobado		
 ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL		
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	18-ago-22