

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				00037275					
Cliente: <i>SWISS MED. CH</i>				Fecha: <i>11/11/24</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP120</i>		Diagnostica: <i>ABB</i>					
Dirección: <i>CATAMARCA 1242</i>		N° Serie: <i>MP00003507</i>		S1: <i>24004110</i>					
Sector: <i>LABORATORIO 22-9-50</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>MEDISON</i>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles									
LC <i>17.4 4/24</i>		LC <i>136 3/25</i>		LC <i>105 3/25</i>					
RO CICLOS <i>42405</i>		VOL TOTAL <i>1270668</i>							
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación: <i>186.40</i> ppm/mV				☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Conductividad alimentación: <i>326</i> uS/cm				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión alimentación: <i>220</i> v				☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión fuente de alimentación: <i>29</i> v				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión Bomba Recirculación: <i>19.50-20.8</i> °C				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Tensión EDI				☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Presión alimentación: <i>3</i> Bar				☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Presión bomba de alta: <i>5.5</i> Bar				☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Presión Loop: <i>1.12</i> Bar				☐ SI ☒ NO ☐ N/A					
Conductividad RO: <i>22 -> 7</i> uS/cm				☒ SI ☐ NO ☐ N/A					
Conductividad Loop: <i>0.067</i> uS/cm				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Caudal permeado: <i>2.2</i> L/min				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Caudal Loop: L/min				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Caudal concentrado: L/min				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Temperatura: <i>24.9</i> °C				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				☐ SI ☐ NO ☐ N/A					
Recomendaciones									
<i>SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL</i>									
<i>SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES</i>									
<i>SE CAMBIA MEMBRANAS DE ALIMENTACIÓN</i>									
<i>SE LUBRIFICA FILTRO MEDIO</i>									
<i>SE CAMBIA MEMBRANAS DE OSMOSIS</i>									
<i>SE REGULA BOMBA DE RECIRCULACIÓN</i>									
<i>SE CAMBIA MANGUERA DE ALIMENTACIÓN</i>									
<i>EQUIPO OPERATIVO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>2</i>	<i>Membrana 33085</i>	☐		☒			☐		☐
<i>1</i>	<i>Manómetro</i>	☒		☐			☐		☐
<i>1m</i>	<i>Manguera</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio: <i>12:00</i>					Hora Fin: <i>14:20</i>				
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>					Firma Cliente: <i>[Firma]</i>				
Aclaración: <i>D. H. T. R. O. S.</i>					Aclaración: <i>[Firma]</i>				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				

