

Testeo General del Equipo	ELGA  VEOLIA	Servicio N°:
		00040462

Cliente: <i>Swiss medical catamarca</i>	Fecha: <i>06/06/23</i>
Contacto:	Modelo: <i>Micra</i>
Dirección: <i>CABA</i>	N° Serie: <i>MIC00001562</i>
Sector: <i>Inmunoserología</i>	Tanque: <i>2LT</i>
Tipo Serv: <i>Mensual</i>	N° Serie:

Vencimiento de Consumibles			LC
LC	LC	LC	LC

RO CICLOS	VOL TOTAL
-----------	-----------

Relevamiento de Datos			SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☐
Conductividad alimentación: <i>358</i>	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☐
Tensión alimentación: <i>220</i>	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☐
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☐	☐	☐
Presión alimentación: <i>0.6</i>	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☐	☐	☐
Presión bomba de alta: <i>6</i>	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☐	☐	☐
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☐	☐
Conductividad RO: <i>6</i>	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado: <i>6L</i>	L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones	
<i>Se realiza servicio mensual</i>	
<i>Se controlan parametros y presiones</i>	
<i>Se cambia microfiltro de Alimentación</i>	
<i>Equipo Operativo</i>	

Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltro</i>	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio: ☐	Satisfactorio: ☐	Poco Satisfactorio: ☐
-------------------------	---	---	--

Hora Inicio: <i>19:30</i>	Hora Fin:
---------------------------	-----------

Firma Técnico:	Firma Cliente:
----------------	----------------

Aclaración:	Aclaración:
-------------	-------------

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 6 de Julio de 1983 a Domingo y Fiestas	Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados  Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)
---	---