

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00040455					
Cliente: <i>Swiss medical catering</i>				Fecha: <i>06/06/25</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP-120</i>		Diagnostica: <i>Abbott</i>					
Dirección: <i>CABA</i>		N° Serie: <i>MP00001543</i>		S1: <i>/</i>					
Sector: <i>Laboratorio Pso 2</i>		Tanque: <i>/</i>		Remito: <i>/</i>					
Tipo Serv: <i>Mensual</i>		N° Serie: <i>/</i>		svo: <i>/</i>					
Vencimiento de Consumibles				LC <i>109</i> <i>08/25</i>					
LC <i>174</i> <i>11/25</i>		LC <i>136</i> <i>09/25</i>		LC <i>105</i> <i>03/26</i>					
RO CICLOS		<i>70353</i>		VOL TOTAL <i>1967490</i>					
Relevamiento de Datos				SI	NO				
Cloro libre Alimentación: <i>/</i>		ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐				
Conductividad alimentación: <i>358</i>		uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐				
Tensión alimentación: <i>220</i>		v	Filtro Malla Loop solo	☐	☒				
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>		v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación: <i>/</i>		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐				
Tensión EDI <i>/</i>		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐				
Presión alimentación: <i>3.5</i>		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐				
Presión bomba de alta: <i>7</i>		Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐				
Presión Loop: <i>1.14</i>		Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒				
Conductividad RO: <i>9</i>		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐				
Conductividad Loop: <i>0.067</i>		uS/cm	Consumo bomba de alta:		A				
Caudal permeado: <i>2.0</i>		L/min	Consumo bomba de Recirculación		A				
Caudal Loop: <i>/</i>		L/min	Temperatura		<i>23°</i> v				
Caudal concentrado: <i>/</i>		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI		uS/cm				
Recomendaciones									
<i>Se realizo servicio mensual</i>									
<i>Se controla Presiones y Presiones</i>									
<i>Se cambio microfiltro de Alimentación</i>									
<i>Se Sanitiza RO</i>									
<i>3--</i>									
<i>Equipo Operativo</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltro</i>	☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>17:00</i>				Hora Fin: <i>/</i>					
Firma Técnico: <i>/</i>				Firma Cliente: <i>/</i>					
Aclaración: <i>Umbider</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
									