

Realizado por CMA - ING. CLINICA
Melina Montalto - Enrique Despaigne

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	11/4/2023	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	24609	Type	centrifuga
Appliance code		Model	DCA 300
Group	ICL	Location	IC-CM-CAT-02
Status	MT	Address 1	2DO PISO
Manufacturer	Presvac	Address 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test			Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral	Mains Voltage Live to Neutral	Mains Voltage Live to Neutral			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	Live to Neutral 219,1 V IEC 62353 (CL1)				
Neutral to Earth	Mains Voltage Neutral to Earth	Mains Voltage Neutral to Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	Neutral to Earth 219,8 V IEC 62353 (CL1)				
Live to Earth	Mains Voltage Live to Earth	Mains Voltage Live to Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	Live to Earth 0,4 V IEC 62353 (CL1)				
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance			
Configuración: Test Current: 200 mA					
PE Resistance1	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	0,014 Ohm 0,3 IEC 62353 (CL1)				
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage			
Closed Earth	Alternative Equipment Leakage Closed Earth	Alternative Equipment Leakage Closed Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	Closed Earth 613,0 uAAC 1000 IEC 62353 (CL1)				
Open Earth	Alternative Equipment Leakage Open Earth	Alternative Equipment Leakage Open Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	Open Earth 614,0 uAAC 1000 IEC 62353 (CL1)				
Insulation Resistance		Insulation Resistance			
Configuración: Test Voltage: 500V					
Mains to Protective Earth	Insulation Resistance Mains to Protective Earth	Insulation Resistance Mains to Protective Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard				
	Mains to Protective Earth 99999,0 MOhm IEC 62353 (CL1)				