

Optimus
de César Ramón Zayas

R

Cod. 91

REMITO

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 0003-00000102

Saladillo 1277 Dto. 2 - C1408FJE
C.A. Buenos Aires - Tel.: 4644-2394

Fecha: 17 / 08 / 21

C.U.I.T.: 20-17801613-0

Ing. Brutos: 079271-03

Fecha Inicio Activ.: 12/1998

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Sr (es) Swiss Medical S.A.
Calle CATAMARCA 1240 Localidad CABA

IVA: No Resp. ☐


Exento ☐Cons. Final ☐R. Inscripto ☒

R. Monotributo ☐

CUIT: 30-65485516-8

Condiciones de Venta: Contado ☒ Cta. Cte. ☐


Remitimos a Ud(s) lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE
1	Posición 90: Microscopio Óptico marca Leica Modelo DN BG-38 Serie nº 198268 servicio Técnico de mantenimiento preventivo.- 
	Pedido de Compras Nº 4500748361
Recibí conforme:	Tec. Milton Martínez Ingeniería Clínica Swiss Medical S.A. Legajo: 20.705
Firma	Aclaración de Firma

Produpel 

Guillermo González - Caaguazú 6739 Capital - Telefax: 4644-0677 Habilitación Exp. 75060/05
CUIT: 20-07672741-5 - Fecha impresión: 12/08/2021 - Del 0003-00000101 al 0003-00000150.

C.A.I. N° 47320187523038
Fecha Vto.: 10/08/2022



César Zayas

Optimus

Responsable monotributo

C.u.i.t. 20-17801613-0

Ingr. Brutos 079271-03

Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es

Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Leica
MODELO	Bg38
SERIE Nº	198268

SERVICIO TECNICO	FECHA: 18-ago-21
DETALLE	
Centrado y limpieza elementos ópticos. Ajuste y lubricación componentes mecánicos. Control de seguridad sistema eléctrico. Limpieza del estativo.	
OBSERVACIONES	
Equipo dentro de rango operativo. Aprobado	
 ZAYAS CÉSAR TÉC. EN ÓPTICA INSTRUMENTAL	
PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA: 18-ago-22