



César Zayas
Optimus
Responsable monotributo
C.u.i.t. 20-17801613-0
Ingr. Brutos 079271-03
Inicio de actividades: 12-1998

CERTIFICADO	DE	SERVICIO	TECNICO
-------------	----	----------	---------

Señor/es Swiss Medical S.A.

EQUIPO	Microscopio binocular
MARCA	Nikon
MODELO	Ei
SERIE N°	86228

SERVICIO TECNICO	FECHA:	04-jun-26
------------------	--------	-----------

DETALLE

Centrado y limpieza elementos ópticos.
Ajuste y lubricación componentes mecánicos.
Control de seguridad sistema eléctrico.
Limpieza del estativo.

OBSERVACIONES

Equipo dentro del rango operativo. Aprobado


ZAYAS CÉSAR
Técnico en Óptica
Instrumental

PROXIMO SERVICE SUGERIDO	FECHA:	04-jun-27
--------------------------	--------	-----------