

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				28530					
Cliente: SWISS MEDICAL CATAMARCA		Fecha: 14/10							
Contacto:		Modelo: MP120		Diagnostica: ADD					
Dirección: CABA		N° Serie: 2252		S1:					
Sector: LAB CENTRAL		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: MANT MENSUAL		N° Serie:		svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	3/12	LC 174	2/15				
LC 125	LC 154	LC 109	3/12	LC 136	3/12				
LC 140	LC 136	LC 105	3/12	LC 175					
Solo Medica/Centra R200									
LC 156									
LC 160									
LC 158									
LC 159									
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:		Si No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :		Si No				
Temperatura:		°C	Consumo bomba de alta:		A				
Tensión alimentación:		V	Consumo bomba de Recirculación:		A				
Tensión fuente de alimentación:		V	Tensión Bomba Recirculación:		V				
Estado general del filtro de alimentación:		Si No	Nivel de ruido bomba de alta:		Si No				
Presión alimentación:		Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:		Si No				
Presión bomba de alta:		Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:		Si No				
Presión Loop:		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		Si No				
Conductividad RO:		uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:		Si No				
Conductividad Loop:		uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:		Si No				
Caudal permeado:		L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:		Si No				
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
- SE CAMBIAN MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN									
- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES									
- EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
10	OTTURATORI		310						
1	MALTA	X							
2	GT3	Y							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:		14:15		Hora Fin:		15:15			
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		7.11.17		Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9,00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				