

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	SOCOREX	32051121	255	100 - 1000 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	100 μl	1018,7	Correcta	Correcta
		1018,5		
		1017,9		
		1017,9		
		1018,8		
		1018,36		
			Error :	1.8 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	500 µl	5042,2	Correcta	Correcta
		5043,8		
		5043,7		
		5041,6		
		5043,5		
		5042,96		Error : 0.85 %

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	1000 μl	1018,7	Correcta	Correcta
		1018,5		
		1017,9		
		1017,9		
		1018,8		
		1018,36		Error : 1.8 %



Fecha
04 /.07 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	K.U.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,7 °C
HUMEDAD AMBIENTE	53,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-476	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

* Ensayo realizado según normas Internacionales

* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

