

|                                 |           |                |             |             |                               |
|---------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONDIS |           |                |             | IC-CTE-F421 |                               |
|                                 |           |                |             | Versión:    | 2                             |
|                                 |           |                |             | Vigencia:   | sept-24                       |
| Equipo: CEN-MON-LABCAT          |           | Modelo: Mondis |             | Edificio:   | Catamarca 1242                |
|                                 |           |                |             | Sector:     | Laboratorio                   |
|                                 |           |                |             | Ubicación:  | Catamarca 1242 - 01 - 02 - 03 |
| N° serie: VARIOS                |           | Marca: DSNTec  |             | Fecha:      | 13/10/2025                    |
|                                 |           |                |             | Orden M:    |                               |
|                                 |           |                |             | Realizó:    | Henry Salinas                 |
| Instrumental utilizado          | Marca     | Modelo         | N° de serie | Fecha Ult.  |                               |
| Termómetro                      | Madgetech | OctTemp2000    | P93230      | 15/04/2025  |                               |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) |    |
| Inspección superada, el equipo es apto para el uso     | P  |
| El equipo ha necesitado reparación                     | NA |
| El equipo no está reparado. No se puede usar           | NA |
| Comentarios:                                           | NA |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Puntos de inspección |  |
|----------------------|--|

| 8.1   | Test de Inspección y Funcionalidad<br>Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda |        |    |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|
| 8.1.1 | Sensores                                                                            |        |    | P               |
| 8.1.2 | Ubicación de los sensores                                                           |        |    | P               |
| 8.1.3 | Vainas de sensores                                                                  |        |    | P               |
| 8.1.4 | Cables UTP                                                                          |        |    | NA              |
| 8.1.5 | Interfaces LAN                                                                      |        |    | NA              |
| 8.1.6 | Fuentes de alimentación                                                             |        |    | NA              |
| 8.2.1 | Características del termómetro patrón                                               |        |    | Error permitido |
|       | Incertidumbre de calibración (Up) (Hasta -70°C)                                     | 0.18   | °C | 2               |
|       | Incertidumbre de calibración (Up) (-20 10°C)                                        | 0.14   | °C | 2               |
|       | Incertidumbre de calibración (Up) (29°C)                                            | 0.11   | °C | 2               |
|       | Resolución (rp)                                                                     | 0.01   | °C |                 |
| 8.2.2 | Características del termómetro a calibrar                                           |        |    |                 |
|       | Error permitido                                                                     | 2      | °C |                 |
|       | Resolución (rx)                                                                     | 0.0625 | °C |                 |

| Ubicación Sensor | Sensor           | Sensor | Patron | Paso o fallo | Incertidumbre combinada expandida (Uc) | Error sistemático (ES) | Error total en la medida del termómetro a calibrar (ETx) | Correccion  |
|------------------|------------------|--------|--------|--------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Sensor Mondis    |                  | -16.5  | -16.2  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 1        | 8C000005B3B69428 | -16.3  | -16.6  | Paso         | 0.538899589                            | 0.03                   | 0.568899589                                              | -0.03       |
| Piso 1           |                  | -16.2  | -16.29 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -18.1  | -16.75 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 2        | A9000005683C5728 | -18.2  | -15.25 | Paso         | 1.77133079                             | 1.86666667             | 3.637997456                                              | 1.86666667  |
| Piso 1           |                  | -18.1  | -16.8  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -16.5  | -15.73 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 3        | 30000005632D2828 | -16.4  | -15.8  | Paso         | 0.231544308                            | 0.65666667             | 0.888210975                                              | 0.65666667  |
| Piso 1           |                  | -16.4  | -15.8  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -19.5  | -17.73 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 4        | 0D0000075F4A1F28 | -19.6  | -17.73 | Paso         | 0.231544308                            | 1.81333333             | 2.044877642                                              | 1.81333333  |
| Piso 1           |                  | -19.6  | -17.8  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -13.84 | -15.83 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 5        | BC000005B4261128 | -13.84 | -14.92 | Paso         | 1.372884834                            | 1.25666667             | 2.6295515                                                | -1.25666667 |
| Piso 1           |                  | -13.8  | -14.5  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -17    | -16.7  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 6        | 68000005685A2728 | -16.7  | -16.07 | Paso         | 0.88333427                             | 0.27666667             | 1.160000937                                              | 0.27666667  |
| Piso 1           |                  | -16.7  | -16.8  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -17.29 | -17.29 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 7        | 7600000C7C702628 | -16.73 | -16.73 | Paso         | 0.853939557                            | 0                      | 0.853939557                                              | 0           |
| Piso 1           |                  | -16.85 | -16.85 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 3.74   | 3.75   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Heladera 1       | 0200000C79453D28 | 1.36   | 3.6    | Paso         | 2.586789406                            | 0.81666667             | 3.403456073                                              | 0.81666667  |
| Piso 1           |                  | 3.4    | 3.6    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 37.2   | 37.5   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Baño term. 26353 | 1C00000C79DE9A28 | 37.2   | 37.2   | Paso         | 0.392104705                            | 0.1                    | 0.492104705                                              | 0.1         |
| Piso 1           |                  | 37.2   | 37.2   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 34.5   | 34.5   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Estufa 27500     | BF00080276274010 | 34.5   | 34.5   | Paso         | 0.216977956                            | 0.03333333             | 0.250311289                                              | -0.03333333 |
| Piso 1           |                  | 34.6   | 34.5   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 20.4   | 20.3   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Ambiente         | 7900000567979E28 | 20.4   | 20.3   | Paso         | 0.216977956                            | 0.06666667             | 0.283644623                                              | -0.06666667 |
| Piso 1           |                  | 20.4   | 20.4   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -18.51 | -19.95 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 1        | 7500000568F5B828 | -17.8  | -19.43 | Paso         | 1.069024212                            | 1.6                    | 2.669024212                                              | -1.6        |
| Piso 2           |                  | -17.71 | -19.44 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -17.99 | -17.99 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 2        | C500000568BF4128 | -18.34 | -17.4  | Paso         | 1.100005803                            | 0.79                   | 1.890005803                                              | 0.79        |
| Piso 2           |                  | -18.83 | -17.4  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 4.38   | 3.9    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Heladera 1       | DC000007605B1928 | 3.97   | 3.8    | Paso         | 0.619041813                            | 0.19                   | 0.809041813                                              | -0.19       |
| Piso 2           |                  | 3.82   | 3.9    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 4.28   | 2.11   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Heladera 2       | 1400000567D05328 | 4.29   | 2.41   | Paso         | 0.527521974                            | 1.91666667             | 2.444188641                                              | -1.91666667 |
| Piso 2           |                  | 4.3    | 2.6    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 4.7    | 4.4    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Heladera 3       | F100000567B8FA28 | 4.8    | 4      | Paso         | 0.44374854                             | 0.52                   | 0.96374854                                               | -0.52       |
| Piso 2           |                  | 4.76   | 4.3    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 4.72   | 4.5    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Heladera 4       | 61000005A054B228 | 4.49   | 4.1    | Paso         | 0.575134274                            | 0.42333333             | 0.998467608                                              | -0.42333333 |
| Piso 2           |                  | 4.87   | 4.21   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 4.86   | 4.86   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Heladera 5       | 3700000568630A28 | 7.61   | 5.36   | Paso         | 3.003816367                            | 1.57                   | 4.573816367                                              | -1.57       |
| Piso 2           |                  | 6.96   | 4.5    |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 45.3   | 45.3   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Ambiente Humedad | 310001000033AA7E | 45.3   | 45.3   | Paso         | 0.163644228                            | 0.03333333             | 0.196977561                                              | -0.03333333 |
| Piso 2           |                  | 45.3   | 45.2   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 24.28  | 23.5   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Ambiente 2C      | D500080250F4D610 | 24.36  | 23.6   | Paso         | 0.244906989                            | 0.71666667             | 0.961573656                                              | -0.71666667 |
| Piso 2           |                  | 24.31  | 23.7   |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -19.1  | -19.1  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 1        | 7400000C7BB85628 | -19.2  | -19.1  | Paso         | 0.163644228                            | 0.03333333             | 0.196977561                                              | 0.03333333  |
| Piso 3           |                  | -19.1  | -19.1  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -16.5  | -14.48 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 2        | 3A00000567D00328 | -16.3  | -14.95 | Paso         | 0.633492515                            | 1.54                   | 2.173492515                                              | 1.54        |
| Piso 3           |                  | -16.2  | -14.95 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | 23.5   | -22.5  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 3        | 2F00080251061C10 | -23.5  | -22.3  | Paso         | 0.231184126                            | 1.1                    | 1.331184126                                              | #¡VALOR!    |
| Piso 3           |                  | -23.5  | -22.4  |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Sensor Mondis    |                  | -23.1  | -20.86 |              |                                        |                        |                                                          |             |
| Freezer 4        | 4F000005A0109028 | -23.1  | -23.05 | Paso         | 2.543064968                            | 0.77333333             | 3.316398302                                              | 0.77333333  |
| Piso 3           |                  | -23.1  | -23.07 |              |                                        |                        |                                                          |             |

|                  |                  |       |       |      |             |            |             |             |
|------------------|------------------|-------|-------|------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Sensor Mondis    | EE001000002E617E | -72.9 | -71.2 | Paso | 0.632544676 | 1.9        | 2.532544676 | 1.9         |
| CrioFreezer 4    |                  | -73.3 | -71.5 |      |             |            |             |             |
| Piso 3           |                  | -73.3 | -71.1 |      |             |            |             |             |
| Sensor Mondis    | 740000056723BB28 | 4.4   | 5.25  | Paso | 0.634806611 | 0.92166667 | 1.556473278 | -0.89666667 |
| Heladera 1       |                  | 4.6   | 5.66  |      |             |            |             |             |
| Piso 3           |                  | 4.6   |       |      |             |            |             |             |
| Sensor Mondis    | 520000075F7FD628 | 4.2   | 3.63  | Paso | 0.167270539 | 0.52333333 | 0.690603873 | -0.52333333 |
| Heladera 3       |                  | 4.1   | 3.6   |      |             |            |             |             |
| Piso 3           |                  | 4.1   | 3.6   |      |             |            |             |             |
| Sensor Mondis    | 2900010000337E7E | 19.3  | 19.3  | Paso | 0.283041987 | 0.03333333 | 0.316375321 | -0.03333333 |
| Ambiente Humedad |                  | 19.3  | 19.3  |      |             |            |             |             |
| Piso 3           |                  | 19.5  | 19.4  |      |             |            |             |             |