

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

Servicio N°:

00040457

Cliente: *Swiss medical catamarca*

Fecha: *06/06/25*

Contacto:

Modelo: *MP-120*

Diagnostica: *Abbott*

Dirección: *CABA*

N° Serie: *MP00003507*

S1:

Sector: *Laboratorio Pso 2*

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: *Mensual*

N° Serie:

svo:

Vencimiento de Consumibles

LC *174* *11/25*

LC *136* *09/25*

LC *105* *03/26*

LC *108* *09/25*

RO CICLOS

45913

VOL TOTAL

1382019

Relevamiento de Datos

			SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	<i>358</i> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐
Tensión alimentación:	<i>220</i> v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☒
Tensión fuente de alimentación:	<i>24</i> v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	<i>3.8</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	<i>6</i> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	<i>1.14</i> Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO:	<i>9</i> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop:	<i>0.067</i> uS/cm	Consumo bomba de alta:			<i>/</i> A
Caudal permeado:	<i>2.1</i> L/min	Consumo bomba de Recirculación			<i>/</i> A
Caudal Loop:	<i>/</i> L/min	Temperatura			<i>24.0</i> °C
Caudal concentrado:	<i>/</i> L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			<i>/</i> uS/cm

Recomendaciones

Se realiza servicio mensual
Se controlan parámetros y presiones
Se cambia microfiltro de Alimentación
Se cambia Carbon block
Se ajusta SPT122 RO

Equipo Operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>Microfiltro</i>	☒		☐			☐		☐
<i>1</i>	<i>Carbon block</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *17:00*

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
 Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

