

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				040897					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL</u>				Fecha: <u>07/08/25</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP 120</u>		Diagnostica: <u>ABB</u>					
Dirección: <u>CATAMARCA 1242</u>		N° Serie: <u>MP00003307</u>		S1: <u> </u>					
Sector: <u>LABORATORIO 2º PISO</u>		Tanque: <u> </u>		Remito: <u> </u>					
Tipo Serv: <u>MONSUAL</u>		N° Serie: <u> </u>		svo: <u> </u>					
Vencimiento de Consumibles				LC <u> </u>					
LC <u> </u>	LC <u> </u>	LC <u> </u>	LC <u> </u>						
RO CICLOS		<u>46768</u>		VOL TOTAL <u>14 15306</u>					
Relevamiento de Datos				SI NO N/A					
Cloro libre Alimentación: <u>1,58/620</u> ppm/mV		Filtro de alimentación:		☒ ☐ ☐					
Conductividad alimentación: <u>321</u> uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒ ☐ ☐					
Tensión alimentación: <u>220</u> v		Filtro Malla Loop solo		☒ ☐ ☐					
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> v		Nivel de ruido bomba de alta:		☒ ☐ ☐					
Tensión Bomba Recirculación: <u> </u> °C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☒ ☐ ☐					
Tensión EDI <u> </u> °C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒ ☐ ☐					
Presión alimentación: <u>3</u> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒ ☐ ☐					
Presión bomba de alta: <u>7</u> Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☒ ☐ ☐					
Presión Loop: <u>1,09</u> Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐ ☒ ☐					
Conductividad RO: <u>6</u> uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☒ ☐ ☐					
Conductividad Loop: <u>0.067</u> uS/cm		Consumo bomba de alta:		<u> </u> A					
Caudal permeado: <u>1,9</u> L/min		Consumo bomba de Recirculación		<u> </u> A					
Caudal Loop: <u> </u> L/min		Temperatura <u>19</u>		<u> </u> v					
Caudal concentrado: <u> </u> L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI <u> </u>		<u> </u> uS/cm					
Recomendaciones									
<u>SE REALIZA MANTENIMIENTO MONSUAL</u>									
<u>SE CONTROLA PARAMETROS Y PRESIONES</u>									
<u>SE CAMBIA MICROFILTRO DE ENTRADA</u>									
<u>SE CAMBIA CARBON BLOCK LA727</u>									
<u>SE SANITIZA RO</u>									
<u>SE CONECTA SENSOR ANTIDRENAGE</u>									
<u>SE CAMBIA FILTRO MESH</u>									
<u>SE REPARA PERDIDA BOMBA PRES DE BAJA (AUTOMATICO)</u>									
<u>EQUIPO OPERATIVO</u>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	☒		☐			☐		☐
1	carbon block	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <u>10 HS</u>		Hora Fin: <u> </u>							
Firma Técnico: <u> </u>		Firma Cliente: <u> </u>							
Aclaración: <u> </u>		Aclaración: <u> </u>							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
+54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				