

				FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000	
				Versión:		2.0	
				Vigencia:		2021	
Equipo: CEN-24084		Marca: PRESVAC		Clase: I	Edificio:	Laboratorio Central	
N° Serie: 24084		Modelo: DCA-300 RVT			Sector:	Laboratorio Central	
				Tipo: B	Ubicación:	IC-SM-CAT-02-LAB	
					Orden M:	9167172	
					Fecha:	02/09/2021	
					Responsable:	Esteban Garraza	
Instrumental	Marca	Modelo	N° de serie				
Analizador SE	Fluke	ESA-601	9271037				
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)							
Inspección superada, el equipo es apto para el uso				X			
El equipo ha necesitado reparación							
El equipo no está reparado. No se puede usar							
Comentarios:							
Puntos de inspección							
8.1	Test Cualitativo: Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda						
8.1.1	Cable de alimentación			P			
8.1.2	Amarres contra tirones			NA			
8.1.3	Interruptores y fisibles			P			
8.1.4	Baterías			NA			
8.1.5	Montaje			P			
8.2	Ensayo de seguridad eléctrica						
8.2.1	Tensión de red (V)			217.4			
8.2.2	Resistencia de tierra (Ω)						
Sólo aplicable a equipos clase I, todos los tipos (<0,1±15%)Ω							
	Resistencia			0.15			
	Nota						
8.2.3	Corriente de fuga a tierra (μA)						
Aplicable a equipos clase I, todos los tipos ≤(500 ±15%)μA CN. O (≤1±15%) mA CPD							
	Condición normal			255	254		
	Condición de primer defecto			483	528		
	Nota			NORMAL	REVERSE		
8.2.4	Corriente de fuga en la envoltura (μA)						
Aplicable a equipos toda clase y tipo ≤ (100±15%)μA en CN o ≤ (500±15%)μA en CPD							
	Condición normal			0.1	0.1		
	Condición de primer defecto			0.7	0.8		
	Nota			NORMAL	REVERSE		
8.2.5	Corriente de fuga a paciente (μA)						
Aplicable a equipos toda clase y tipo que tengan partes aplicables							
Tipos B y BF (100±15%)μA en CN y (500±15%)μA en CPD				Tipo CF (10±15%)μA en CN y (50±15%)μA en CPD.			
	Todas la partes aplicativas			CN	NA	NA	
				CPD	NA	NA	
	Parte aplicativa 1			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 2			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 3			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 4			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 5			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 6			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 7			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 8			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 9			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 10			CN	NA	NA	NA
				CPD	NA	NA	NA
	Nota						

		FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000	
				Versión:	2.0
				Vigencia:	2021
8.2.6	Corriente auxiliar a paciente (μA)				
Aplicable a equipos toda clase y tipo					
Tipos B y BF (100±15%) μA en CN, (500±15%) μA en CPD.			Tipo CF (10±15%) μA en CN y (50±15%) μA en CPD.		
	Parte aplicativa 1	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 2	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 3	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 4	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 5	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 6	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 7	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 8	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 9	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 10	CN	NA		
		CPD	NA		
	Nota				
8.2.7	VDE: Corriente de fuga diferencial (μA)				
Realizar con el equipo apagado					
Clase I (500±15%)μA			Clase II (100±15%)μA		
	Corriente	270			
	Nota				