

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

00038165

Cliente: <i>SWISS MEMBRANES</i>	Fecha: <i>8/11/2018</i>
Contacto: <i>...</i>	Modelo: <i>...</i>
Dirección: <i>CAMARON 124</i>	N° Serie: <i>...</i>
Sector: <i>W BONDADO 23456</i>	Tanque: <i>...</i>
Tipo Serv: <i>...</i>	N° Serie: <i>...</i>
S1: <i>...</i>	
Remito: <i>...</i>	
SVO: <i>...</i>	

Vencimiento de Consumibles

LC <i>174 6/25</i>	LC <i>136 5/25</i>	LC <i>105 3/25</i>	LC <i>147</i>
RO CICLOS <i>16814</i>	VOL TOTAL <i>669870</i>		

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación: <i>220</i> ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación: <i>220</i> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐
Tensión alimentación: <i>220</i> v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación: <i>291</i> v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación: <i>...</i> °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI: <i>...</i> °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación: <i>9</i> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: <i>6</i> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop: <i>1.12</i> Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO: <i>10</i> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐
Conductividad Loop: <i>0.067</i> uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado: <i>2.1</i> L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop: <i>...</i> L/min	Temperatura <i>31.5</i>			v
Caudal concentrado: <i>...</i> L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL
- SE CONTINUAN PARAMETROS Y PRESIONES
- SE CAMBIA FILTRO MALLA
- SE CAMBIA MICRO-FILTRO DE ALIMENTACIÓN
- SE SANITIZA RO
- SE CAMBIA CARBON BLOCK
- SE CONECTA SENSOR ANTIDRENADO
- EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CARBON BLOCK	☐	345	☐			☐		☐
1	FILTRO	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐ Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: <i>19:30</i>	Hora Fin: <i>...</i>
Firma Técnico: <i>...</i>	Firma Cliente: <i>...</i>
Aclaración: <i>...</i>	Aclaración: <i>Henry Molina A Revisar</i>

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)

