

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°: D					
				040898					
Cliente: SWISS MEDICAL				Fecha: 7/8/25					
Contacto:		Modelo: MP 60		Diagnostica: ROCHE					
Dirección: CATAMARCA 1242		N° Serie: MP00003085		S1: ---					
Sector: LABORATORIO 2º PISO		Tanque: ---		Remito: ---					
Tipo Serv: MEUSUAL		N° Serie: ---		SVO: ---					
Vencimiento de Consumibles				LC ---					
LC ---	LC ---	LC ---	LC ---						
RO CICLOS		6457		VOL TOTAL					
				161864					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO				
				N/A					
Cloro libre Alimentación:	1,58/620	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐				
Conductividad alimentación:	321	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐				
Tensión alimentación:	220	v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐				
Tensión fuente de alimentación:	24	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	---	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐				
Tensión EDI	---	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐				
Presión alimentación:	1,8 D	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐				
Presión bomba de alta:	7,5	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐				
Presión Loop:	1,14	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒				
Conductividad RO:	5	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐				
Conductividad Loop:	0,067	uS/cm	Consumo bomba de alta:	---	A				
Caudal permeado:	1	L/min	Consumo bomba de Recirculación	---	A				
Caudal Loop:	---	L/min	Temperatura	21,2	v				
Caudal concentrado:	---	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	---	uS/cm				
Recomendaciones									
SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL									
SE CONTROLA PARAMETROS Y PRESIONES									
SE CAMBIA CARBON BLOCK EN LA727									
SE CAMBIA MICROFILTRO DE ENTRADA DE ALIMENTACION									
SE SANITIZA RO									
SE CONSULTA SENSOR ANTIDERRAMES									
SE REPARA PERDIDA BOMBA MICROFILTRO DE BAJA CALIDAD (ALIMENTACION)									
Equipo operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MICROFILTRO ENT.	☒		☐			☐		☐
2	CARBON BLOCK	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: 10 HS		Hora Fin: ---							
Firma Técnico: ---		Firma Cliente: ---							
Aclaración:		Aclaración:							
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				

