

Testeo General del Equipo		ELGA				VEOLIA		Servicio N°:	
						00039796			
Cliente: Swiss Medical Catamarca						Fecha: 09/04/20			
Contacto:				Modelo: MP-120		Diagnostica: Abbott			
Dirección: CABA				N° Serie: MP000307		S1:			
Sector: Laboratorio Piso 2				Tanque:		Remito:			
Tipo Serv: Mensual				N° Serie:		SVO:			
						LC 100 03/25			
						LC			
LC 134 10/25		LC 136 03/25		LC 105 03/26		LC			
RO CICLOS		45067		VOL TOTAL		1399260			
Relevamiento de Datos								SI NO N/A	
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV		Filtro de alimentación:		☒		☐	
Conductividad alimentación:		319 uS/cm		Filtro Malla alimentación:		☒		☐	
Tensión alimentación:		220 v		Filtro Malla Loop solo		☐		☒	
Tensión fuente de alimentación:		24 v		Nivel de ruido bomba de alta:		☒		☐	
Tensión Bomba Recirculación:		°C		Nivel de ruido bomba de recirculación:		☐		☐	
Tensión EDI		°C		Control de cierre de la válvula de alim.:		☒		☐	
Presión alimentación:		2.5 Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:		☒		☐	
Presión bomba de alta:		5.5 - 0.6 Bar		Drenaje optimo para el equipo:		☐		☒	
Presión Loop:		1.14 Bar		El cliente requiere cambio en la program		☐		☐	
Conductividad RO:		9 uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado		☒		☐	
Conductividad Loop:		0.067 uS/cm		Consumo bomba de alta:				A	
Caudal permeado:		1.9 - 5 L/min		Consumo bomba de Recirculación				A	
Caudal Loop:		L/min		Temperatura				65 °C	
Caudal concentrado:		L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI				uS/cm	
Recomendaciones									
- Se realiza servicio mensual									
- Se cambian tornillos y piezas									
- Se cambia microfiltro y carbon black de Alimentación									
- Se sustituye RO									
- Se cambia manguera de 10mm									
Equipo Operativo									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	microfiltro	☒		☐			☐		☐
1	Carbon black	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio: 13:00					Hora Fin:				
Firma Técnico:					Firma Cliente:				
Aclaración:					Aclaración:				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas				
+54 9 11 3580-5695					Escanea y completa todos los datos solicitados				
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)				
									
					2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				