

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°					
Cliente: <i>SIDUS ATAMARCA</i>				Fecha: <i>17/4/24</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP160</i>		Diagnostica: <i>AB3</i>					
Dirección: <i>ATAMARCA 1142</i>		N° Serie: <i>MP2255434151</i>		S1: <i>24021411</i>					
Sector: <i>LABORATORIO 2° piso</i>		Tanque:		Remito: <i>18633</i>					
Tipo Serv: <i>MEV 5 JA1</i>		N° Serie:		svo:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambio de consumibles		Fecha cambio de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177 <i>9/14</i>	LC 174 <i>9/14</i>	LC 156	LC 160				
LC 125	LC 154	LC 109 <i>9/14</i>	LC 136 <i>9/14</i>	LC 158					
LC 140	LC 136	LC 105 <i>3/15</i>	LC 175	LC 159					
RO CICLOS <i>67748</i>		VOL TOTAL		<i>1961289</i>					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación: <i>1</i> ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro: <i>Si</i> No							
Conductividad alimentación: <i>1</i> uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15: <i>Si</i> No							
Temperatura: <i>23.8</i> °C		Consumo bomba de alta: <i>A</i>							
Tensión alimentación: <i>220</i> V		Consumo bomba de Recirculación: <i>A</i>							
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i> V		Tensión Bomba Recirculación: <i>V</i>							
Estado general del filtro de alimentación: <i>(SD)</i> No		Nivel de ruido bomba de alta: <i>Si</i> No							
Presión alimentación: <i>3</i> Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación: <i>Si</i> No							
Presión bomba de alta: <i>7.1</i> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.: <i>Si</i> No							
Presión Loop: <i>1.1</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado: <i>Si</i> No							
Conductividad RO: <i>24</i> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo: <i>Si</i> No							
Conductividad Loop: <i>0.067</i> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación: <i>Si</i> No							
Caudal permeado: <i>1.4</i> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra: <i>Si</i> No							
Caudal Loop: <i>-</i> L/min		Caudal concentrado: <i>-</i> L/min							
Recomendaciones									
<i>- Verificar el nivel de agua en el tanque</i> <i>- Realizar el mantenimiento mensual</i> <i>- Se continuará monitoreando y reportando</i> <i>- Se modificó el circuito de loop</i> <i>- Se cambió el agua de la bomba de alta</i> <i>- Se cambió el agua de la bomba de baja</i> <i>- Se cambió el agua de la bomba de media</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
2	FTT 40005			X	1	115610201762		312	
2	FTT 40014			-	24	FTT 400106		210	
2	FTT 40010			X	1	115610201762			X
1	11561032677			X					
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <i>14:20</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente: <i>[Firma]</i>					
Aclaración: <i>7/4/2024</i>				Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				