

Realizado por CMA - ING. CLINICA
Melina Montalto - Enrique Despaigne

Registro test

TEST CORRECTO			
Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	10/4/2023	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	CEN-30766	Type	MACRO
Appliance code		Model	DCA-300 RVT
Group	ICL	Location	IC-SM-CAT-PB-HEM
Status	MONT	Address 1	HEM
Manufacturer	PRESVAC	Address 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test				Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence				
Mains Voltage		Mains Voltage				
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Live to Neutral	219,2	V	r		IEC 62353 (CL1)	
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Neutral to Earth	219,9	V	r		IEC 62353 (CL1)	
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Live to Earth	0,7	V	r		IEC 62353 (CL1)	
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance				
Configuración: Test Current: 200 mA						
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
PE Resistance1	0,159	Ohm	r	0,3	IEC 62353 (CL1)	
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage				
Closed Earth		Alternative Equipment Leakage Closed Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Closed Earth	370,0	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)	
Open Earth		Alternative Equipment Leakage Open Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Open Earth	369,0	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)	
Insulation Resistance		Insulation Resistance				
Configuración: Test Voltage: 500V						
Mains to Protective Earth		Insulation Resistance Mains to Protective Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Mains to Protective Earth	99999,0	MOhm	r		IEC 62353 (CL1)	