

| SECTOR      | EQUIPAMIENTO | MODELO    | MARCA  | Nº SERIE | EQUIPO Nº | VOLUMEN   |
|-------------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| LABORATORIO | PIPETA       | MONOCANAL | THERMO | VH05963  | 232       | 10-100 µl |

| CONTROL 1      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad                     |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| Volumen Minimo | 10    μl      | 10,1         | Correcta      | Correcta                         |
|                |               | 10,3         |               |                                  |
|                |               | 10,3         |               |                                  |
|                |               | 10,2         |               |                                  |
|                |               | 10,2         |               |                                  |
|                |               | 10,22        |               | Error :                    2.2 % |

| CALIBRACION<br>( Error < 3 % ) |
|--------------------------------|
| Aceptada                       |

| CONTROL 2     | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Medio | 50 µl         | 51,4         | Correcta      | Correcta     |
|               |               | 51,8         |               |              |
|               |               | 51,4         |               |              |
|               |               | 51,2         |               |              |
|               |               | 51,2         |               |              |
|               |               | 51,4         |               |              |
|               |               | Error :      | 2.8 %         |              |

| F.Correccion Z (µl/mg) |
|------------------------|
| Según Tabla (°C/kPa)   |
| Metodo                 |
| Gravimetria            |
| Balanza Patron         |
| Nº 0812401517          |

| CONTROL 3      | Valor a Medir | Valor Medido | Repetitividad | Estanqueidad |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Volumen Maximo | 100  µl       | 101,9        | Correcta      | Correcta     |
|                |               | 102,4        |               |              |
|                |               | 101,5        |               |              |
|                |               | 101,9        |               |              |
|                |               | 103,9        |               |              |
|                |               | 102,32       | Error :       | 2.3  %       |



| Fecha           |
|-----------------|
| 20 / .06 / 2025 |

| Proxima Verificacion |
|----------------------|
| 12 Meses             |

#### Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

| Datos Complementarios y Condiciones |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| OPERADOR                            | M.M.             |
| TEMPERATURA AMBIENTE                | 20,9 °C          |
| HUMEDAD AMBIENTE                    | 57,00%           |
| LIQUIDO UTILIZADO                   | H2O Destilada G3 |



| Observaciones | Certificado N° | Codigo Interno |
|---------------|----------------|----------------|
|               | STE            | SEDE           |
|               | 50-474         | CATAMARCA      |
|               |                |                |

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

Documento : CP - Instrumento

Version: 05 6/2017

\* Ensayo realizado según normas Internacionales

\* Instrumental de control calibrado y certificado

FIRMA

SERVISAP  
SERVICIO TECNICO  
CALIBRACIONES  
Y MANTENIMIENTO

