

# Fluke Biomedical Ansur

## Test and Inspection Procedure

Copyright © 2000 - 2012 Fluke Biomedical

### Registro test

TEST CORRECTO

| Test realizado |                                         | Componentes utilizados del Ansur |                |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Fecha:         | 12/3/2025                               | Ansur                            | Versión 2.9.7  |
| Registro:      | IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr | 'Plug-In': ESA620                | Versión 1.1.11 |
| Plantilla:     | IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt |                                  |                |

### Configuración test

#### Selecciones

| Pruebas de servicio realizadas | Normas realizadas |
|--------------------------------|-------------------|
|                                | IEC 62353 (CL1)   |

#### Equipo bajo test

|                |             |           |              |
|----------------|-------------|-----------|--------------|
| Serial number  | 27143       | Type      | Baño termico |
| Appliance code |             | Model     | Masson       |
| Group          | Laboratorio | Location  | Catamarca    |
| Status         | MT          | Address 1 | 1er Piso     |
| Manufacturer   | Vicking     | Address 2 |              |

#### Datos MTI

| Instrumento de test | Número de serie | Versión Firmware |
|---------------------|-----------------|------------------|
| ESA 620             | 2982052         | v2.10            |

### Firmas

Resultado test

| Elemento de test                        |         |        | Tipo de test                                       |              |                 | Fall<br>o |
|-----------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| IEC 62353 Alternative Leakage - Class I |         |        | Auto Sequence                                      |              |                 |           |
| Mains Voltage                           |         |        | Mains Voltage                                      |              |                 |           |
| Live to Neutral                         |         |        | Mains Voltage<br>Live to Neutral                   |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| Live to Neutral                         | 226,4   | V      |                                                    |              | IEC 62353 (CL1) |           |
| Neutral to Earth                        |         |        | Mains Voltage<br>Neutral to Earth                  |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| Neutral to Earth                        | 226,5   | V      |                                                    |              | IEC 62353 (CL1) |           |
| Live to Earth                           |         |        | Mains Voltage<br>Live to Earth                     |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| Live to Earth                           | 0,3     | V      |                                                    |              | IEC 62353 (CL1) |           |
| Protective Earth Resistance             |         |        | Protective Earth Resistance                        |              |                 |           |
| Configuración:<br>Test Current: 200 mA  |         |        |                                                    |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| PE Resistance1                          | 0,045   | Ohm    | 0,3                                                |              | IEC 62353 (CL1) |           |
| Alternative Equipment Leakage           |         |        | Alternative Equipment Leakage                      |              |                 |           |
| Closed Earth                            |         |        | Alternative Equipment Leakage<br>Closed Earth      |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| Closed Earth                            | 38,9    | uAAC   | 1000                                               |              | IEC 62353 (CL1) |           |
| Open Earth                              |         |        | Alternative Equipment Leakage<br>Open Earth        |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| Open Earth                              | 38,9    | uAAC   | 1000                                               |              | IEC 62353 (CL1) |           |
| Insulation Resistance                   |         |        | Insulation Resistance                              |              |                 |           |
| Configuración:<br>Test Voltage: 500V    |         |        |                                                    |              |                 |           |
| Mains to Protective Earth               |         |        | Insulation Resistance<br>Mains to Protective Earth |              |                 |           |
| Resultado:                              | Valor   | Unidad | Lim.superior<br>r                                  | Lim.inferior | Standard        |           |
| Mains to Protective Earth               | 99999,0 | MOhm   |                                                    |              | IEC 62353 (CL1) |           |