

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00037736					
Cliente: <i>SWISS MEDICAL</i>				Fecha: <i>10/10/24</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP16</i>		Diagnostica: <i>A/B</i>					
Dirección: <i>CHOMARCA 129</i>		N° Serie: <i>MP00001593</i>		S1: <i>-</i>					
Sector: <i>CHOMARCA 2 PISO</i>		Tanque: <i>-</i>		Remito: <i>-</i>					
Tipo Serv: <i>MENSUAL</i>		N° Serie: <i>-</i>		SVO: <i>-</i>					
Vencimiento de Consumibles				LC <i>1053/25</i>					
LC <i>179 3/25</i>		LC <i>171 3/25</i>		LC <i>130 3/25</i>					
RO CICLOS		VOL TOTAL		<i>1532200</i>					
Relevamiento de Datos				SI NO N/A					
Cloro libre Alimentación: <i>-</i>		ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐				
Conductividad alimentación: <i>320</i>		uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐				
Tensión alimentación: <i>20</i>		v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐				
Tensión fuente de alimentación: <i>24</i>		v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐				
Tensión Bomba Recirculación: <i>24</i>		°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐				
Tensión EDI		°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐				
Presión alimentación: <i>4.46</i>		Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐				
Presión bomba de alta: <i>7.8</i>		Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐				
Presión Loop: <i>1.15</i>		Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒				
Conductividad RO: <i>26-27</i>		uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☒				
Conductividad Loop: <i>0.080</i>		uS/cm	Consumo bomba de alta:	<i>-</i>	A				
Caudal permeado: <i>1.8</i>		L/min	Consumo bomba de Recirculación	<i>-</i>	A				
Caudal Loop: <i>-</i>		L/min	Temperatura	<i>23.8</i>	v				
Caudal concentrado: <i>-</i>		L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	<i>-</i>	uS/cm				
Recomendaciones									
<i>- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL</i>									
<i>- SE CONTROLAN PARAMETROS Y PRESIONES</i>									
<i>- SE CAMBIA MALLA FILTRO DE ALIMENTACION</i>									
<i>- EQUIPO OPERANDO</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>MP16</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐		Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: <i>10:40</i>				Hora Fin: <i>13:00</i>					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente: <i>[Firma]</i>					
Aclaración: <i>Unidades</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					