

Fluke Biomedical Ansur

Test and Inspection Procedure

Copyright © 2000 - 2012 Fluke Biomedical

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	22/7/2025	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	08020006.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Número de serie	08020006	Tipo	Electrocardiografo
Código equipo		Modelo	AT-101
Grupo	Shock room	Localización	CSL
Estado	Mont	Dirección 1	San Martin de Tours 2980
Fabricante	Schiller	Dirección 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test			Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral	Mains Voltage Live to Neutral	Mains Voltage Live to Neutral			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	Live to Neutral 222,9 V IEC 62353 (CL1)				
Neutral to Earth	Mains Voltage Neutral to Earth	Mains Voltage Neutral to Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	Neutral to Earth 223,4 V IEC 62353 (CL1)				
Live to Earth	Mains Voltage Live to Earth	Mains Voltage Live to Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	Live to Earth 0,6 V IEC 62353 (CL1)				
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance			
Configuración: Test Current: 200 mA					
PE Resistance1	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	0,108 Ohm 0,3 IEC 62353 (CL1)				
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage			
Closed Earth	Alternative Equipment Leakage Closed Earth	Alternative Equipment Leakage Closed Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	Closed Earth 24,5 uAAC 1000 IEC 62353 (CL1)				
Open Earth	Alternative Equipment Leakage Open Earth	Alternative Equipment Leakage Open Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	Open Earth 24,5 uAAC 1000 IEC 62353 (CL1)				
Insulation Resistance		Insulation Resistance			
Configuración: Test Voltage: 500V					
Mains to Protective Earth	Insulation Resistance Mains to Protective Earth	Insulation Resistance Mains to Protective Earth			
	Resultado: Valor Unidad Lim.superior Lim.inferior Standard	r			
	Mains to Protective Earth 99999 MOhm IEC 62353 (CL1)				