Testeo General del Equipo

ELGA VEOLIA

Servicio N°: 0003574[illegible]

Cliente:			Fecha: 11/3/24
Contacto:		Modelo: MPR2	Diagnostica:
Dirección:		N° Serie:	S1:
Sector:		Tanque:	Remito:
Tipo Serv:		N° Serie:	svo:

Solo Medica R/D 7/15				Solo Medica Pro/Centra 30/60/120				Solo Medica/Centra R200			
Contador de horas				Fecha cambió de consumibles				Fecha cambió de consumibles			
LC 141		LC 105		LC 177	9/24	LC 174	8/24	LC 156		LC 160	
LC 125		LC 154		LC 109	6/24	LC 136	8/24	LC 158			
LC 140		LC 136		LC 105	3/25	LC 175		LC 159			

RO CICLOS	67454	VOL TOTAL	1PP3641

Datos comunes a ambos equipos

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si No
Conductividad alimentación:	uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si No
Temperatura: 25,2	°C	Consumo bomba de alta:	A
Tensión alimentación: 220	V	Consumo bomba de Recirculación:	A
Tensión fuente de alimentación: 24	V	Tensión Bomba Recirculación:	V
Estado general del filtro de alimentación: Si No		Nivel de ruido bomba de alta:	Si No
Presión alimentación: 3,5	Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si No
Presión bomba de alta: 7,3	Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si No
Presión Loop: 1,13	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si No
Conductividad RO: 29	uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si No
Conductividad Loop: 0067	uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si No
Caudal permeado: 1,9	L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si No
Caudal Loop:	L/min	Caudal concentrado:	L/min

Recomendaciones

- [illegible] MANTENIMIENTO [illegible]
- [illegible] MEMBRANA Y PRE [illegible]
- [illegible] LC105 - LC177 - LC136 [illegible]
- [illegible]

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	LC105				1	CTG			
1	LC177				2	CTG [illegible]			
1	LC121								
1	LC136M1								

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio:	Satisfactorio:	Poco Satisfactorio:
Hora Inicio: 12:15		Hora Fin: 14:30	
Firma Técnico:		Firma Cliente:	
Aclaración: [illegible]		Aclaración: [illegible]	

Call center Servicio Técnico
(único número para recepción de solicitudes y reclamos)
Días hábiles de 9 a 18 hs 0011-52986200 Int.: 6283
Mail para solicitud de materiales:
stockelga@veolia.com
Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias
ar.vwt.cus.support@veolia.com

Sábado, Domingo, y feriados 24 hs.
Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs 011 1535805695
(Los mensajes serán respondidos dentro de las 3horas de recibidos)
Tiempos de respuesta:
Abono Premium 72hs.
Abono Premium Oro 48hs.

Escaneado con CamScanner