

Testeo General del Equipo



Servicio N°:

044467

Cliente: SISTEMAS MEDICALES

Contacto:

Dirección: CARAPALCA 1242 (CABA)

Sector: CAD SANITARIA PB

Tipo Serv: MANEJO

Modelo: MICRA

N° Serie: MICRO001562

Tanque: 25 Lts

N° Serie: 1

Fecha: 1/4/20

Diagnostica: ABORT

SI:

Remito:

SVO:

LC

LC

Vencimiento de Consumibles

LC

LC

LC

LC

RO CICLOS

VOL TOTAL

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación:	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación:	20.9 uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☒	☐
Tensión alimentación:	22.9 V	Filtro Malla Loop solo	☐	☒	☐
Tensión fuente de alimentación:	24 V	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	1 °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐
Tensión EDI	N/A °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	0.6 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta:	2.5 Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	1 Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO:	4 uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☒
Conductividad Loop:	4.9 uS/cm	Consumo bomba de alta:			^
Caudal permeado:	0.6 L/min	Consumo bomba de Recirculación			^
Caudal Loop:	0.6 L/min	Temperatura			20.6 °C
Caudal concentrado:	0.6 L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			N/A uS/cm

Recomendaciones

SE REEMPLAZA SENSORES Y MANEJO EQUIPO MANEJO

SE REEMPLAZA FILTRO DE ALIMENTACION 5 MICRONS

SE CONTROLAN PRESIONES Y PARAMETROS

Equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CEXPT 224065	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio:

☐

Satisfactorio:

☐

Poco Satisfactorio:

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración:

TONAGLIA LEONARDO

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al
siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consulta
Escanea y completa todos los datos
solicitados

Emergencias tiempo de respuesta
hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes
de 8:00 hs a 17:00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com

