

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
Cliente: <i>SWISS CATAMARCA</i>				Fecha: <i>08/09/22</i>					
Contacto:		Modelo: <i>MP120</i>		Diagnostica: <i>AB</i>					
Dirección:		N° Serie: <i>1543 (A)</i>		S1: <i>2200 2950</i>					
Sector: <i>Piso 2</i>		Tanque:		Remito: <i>14678</i>					
Tipo Serv: <i>MESESUAL + SEMESTRAL</i>		N° Serie:		SVO:					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	<i>MAR</i>	LC 174	<i>FEB</i>				
LC 125	LC 154	LC 109	<i>MAR</i>	LC 136	<i>MAR</i>				
LC 140	LC 136	LC 105	<i>MAR</i>	LC 175	<i>—</i>				
LC 156		LC 160		LC 158					
LC 159									
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV		Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:					
Conductividad alimentación:		uS/cm		Filtro Malla Loop solo R15 :					
Temperatura:		<i>24</i> °C		Consumo bomba de alta:					
Tensión alimentación:		v		Consumo bomba de Recirculación:					
Tensión fuente de alimentación:		v		Tensión Bomba Recirculación:					
Estado general del filtro de alimentación:		☒ Si No		Nivel de ruido bomba de alta:					
Presión alimentación:		Bar		Nivel de ruido bomba de recirculación:					
Presión bomba de alta:		<i>8.7</i> Bar		Control de cierre de la válvula de alim.:					
Presión Loop:		<i>1.1</i> Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:					
Conductividad RO:		<i>20</i> uS/cm		Drenaje optimo para el equipo:					
Conductividad Loop:		<i>5000</i> uS/cm		El cliente requiere cambio en la programación:					
Caudal permeado:		<i>2</i> L/min		Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:					
Caudal Loop:		L/min		Caudal concentrado:					
Recomendaciones									
<i>Se realiza mantenimiento semestral, cambio de consumibles según detalle de lista.</i>									
<i>Se realiza mantenimiento mensual, sustitución de RO y control de personalización.</i>									
<i>memoria</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>LC109</i>	<i>X</i>							
<i>1</i>	<i>LC177</i>	<i>X</i>							
<i>1</i>	<i>MICROFILTRO</i>	<i>X</i>							
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio:				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración:		<i>P. V. 15510</i>		Aclaración:					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int.: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábado, Domingo, y feriados 24 hs. Lunes a Viernes 18 a 9.00 hs. 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				