

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°: 042790					
Cliente: <i>Sulss Medical Catamarca</i>				Fecha: <i>4/3/26</i>					
Contacto:		Modelo: <i>Pretratamiento 3° p.s</i>		Diagnostica:					
Dirección:		N° Serie: <i>0071491</i>		S1:					
Sector: <i>Salud de mujeres (3° piso)</i>		Tanque:		Remito:					
Tipo Serv: <i>Mantenimiento</i>		N° Serie:		svo:					
Vencimiento de Consumibles				LC					
LC		LC		LC					
RO CICLOS		VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV		Filtro de alimentación:					
Conductividad alimentación:		uS/cm		Filtro Malla alimentación:					
Tensión alimentación:		v		Filtro Malla Loop solo					
Tensión fuente de alimentación:		v		Nivel de ruido bomba de alta:					
Tensión Bomba Recirculación:		°C		Nivel de ruido bomba de recirculación:					
Tensión EDI		°C		Control de cierre de la válvula de alim.:					
Presión alimentación:		Bar		Acceso para el mantenimiento adecuado:					
Presión bomba de alta:		Bar		Drenaje optimo para el equipo:					
Presión Loop:		Bar		El cliente requiere cambio en la program					
Conductividad RO:		uS/cm		Sensor Detencion de perdidas conectado					
Conductividad Loop:		uS/cm		Consumo bomba de alta:					
Caudal permeado:		L/min		Consumo bomba de Recirculación					
Caudal Loop:		L/min		Temperatura					
Caudal concentrado:		L/min		Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI					
Recomendaciones									
<i>• Se realiza mantenimiento de pretratamiento</i>									
<i>• Se realiza contravalvado de cilindros de carbon activado</i>									
<i>• Se reemplaza microfiltro de alimentación</i>									
<i>• Equipo operativo</i>									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<i>1</i>	<i>CEYOT 24407A</i>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: <i>12:40</i>				Hora Fin:					
Firma Técnico: <i>[Firma]</i>				Firma Cliente:					
Aclaración: <i>Roneto Nuez Patricia</i>				Aclaración:					
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono				Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas					
+54 9 11 3580-5695				Escanea y completa todos los datos solicitados					
Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados				Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)					
				2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com					