

Realizado por CMA - ING. CLINICA
Henry Salinas

Registro test

TEST CORRECTO			
Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	08/07/2024	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	34150	Type	centrifuga
Appliance code		Model	DCA 300 RVT
Group	ICL	Location	IC-CM-CSL
Status	MT	Address 1	2 PISO
Manufacturer	Presvac	Address 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test				Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence				
Mains Voltage		Mains Voltage				
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Live to Neutral	219,1	V	r		IEC 62353 (CL1)	
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Neutral to Earth	219,8	V	r		IEC 62353 (CL1)	
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Live to Earth	0,4	V	r		IEC 62353 (CL1)	
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance				
Configuración: Test Current: 200 mA						
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
PE Resistance1	0,014	Ohm	r	0,3	IEC 62353 (CL1)	
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage				
Closed Earth		Alternative Equipment Leakage Closed Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Closed Earth	613,0	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)	
Open Earth		Alternative Equipment Leakage Open Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Open Earth	614,0	uAAC	r	1000	IEC 62353 (CL1)	
Insulation Resistance		Insulation Resistance				
Configuración: Test Voltage: 500V						
Mains to Protective Earth		Insulation Resistance Mains to Protective Earth				
Resultado:	Valor	Unidad	Lím.superior	Lim.inferior	Standard	
Mains to Protective Earth	99999,0	MOhm	r		IEC 62353 (CL1)	