

SECTOR	EQUIPAMIENTO	MODELO	MARCA	Nº SERIE	EQUIPO Nº	VOLUMEN
LABORATORIO	PIPETA	MONOCANAL	THERMO	KJ15147	85	1-10 µl

CONTROL 1	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Minimo	1 μl	1,01	Correcta	Correcta
		1,02		
		1,03		
		1,03		
		1,02		
		1,022		Error : 2.2 %

CALIBRACION (Error < 3 %)
Aceptada

CONTROL 2	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Medio	5 μl	5,3	Correcta	Correcta
		5,1		
		5,1		
		5		
		5,1		
	5,12	Error :	2.4 %	

F.Correccion Z (µl/mg)
Según Tabla (°C/kPa)
Metodo
Gravimetria
Balanza Patron
Nº 0812401517

CONTROL 3	Valor a Medir	Valor Medido	Repetitividad	Estanqueidad
Volumen Maximo	10 μl	10,2	Correcta	Correcta
		10,3		
			9,9	
	10,2			
	10,2			
	10,16		Error : 1.6 %	



Fecha
04 / 07 / 2025

Proxima Verificacion
12 Meses

Aceptacion del Ensayo :

El Instrumento dara por aceptada su Calibracion si el Error arroja valores por debajo del 3%

Datos Complementarios y Condiciones	
OPERADOR	K.U.
TEMPERATURA AMBIENTE	20,7 °C
HUMEDAD AMBIENTE	53,00%
LIQUIDO UTILIZADO	H2O Destilada G3



Observaciones	Certificado N°	Codigo Interno
	STE	SEDE
	50-476	CATAMARCA

Este documento es propiedad de Eficap, queda prohibida su reproduccion parcial o total

FIRMA

SERVISAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y MANTENIMIENTO

