

Testeo General del Equipo

ELGA



VEOLIA

043970

Cliente: <u>Swiss Catamarca</u>	Modelo: <u>MICRA</u>	Fecha: <u>9/10/25</u>
Contacto:	N° Serie: <u>MIC00001567</u>	Diagnostica: <u>AAB</u>
Dirección: <u>Catamarca 1242 CABA</u>	Tanque: <u>25</u>	S1:
Sector: <u>IAB INMUNO PB</u>	N° Serie:	Remito:
Tipo Serv: <u>Mensual</u>		svo:

Vencimiento de Consumibles

LC	LC	LC	LC
----	----	----	----

RO CICLOS

VOL TOTAL

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación: <u>—</u> ppm/mV	Filtro de alimentación:	☐	☐	☒
Conductividad alimentación: <u>380</u> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☒
Tensión alimentación: <u>220</u> v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☒
Tensión fuente de alimentación: <u>24</u> v	Nivel de ruido bomba de alta:	☐	☐	☒
Tensión Bomba Recirculación: °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☒
Tensión EDI: °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación: <u>1</u> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: <u>5.9</u> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop: Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO: <u>6</u> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☒
Conductividad Loop: <u>0,209</u> uS/cm	Consumo bomba de alta:			A
Caudal permeado: L/min	Consumo bomba de Recirculación			A
Caudal Loop: L/min	Temperatura			v
Caudal concentrado: L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			uS/cm

Recomendaciones

Se realiza mantenimiento mensual

Se controlan parametros y presiones

Se cambia mudo Filtro sedimento de Hilo

equipo operativo

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<u>1</u>	<u>Filtro de Hilo</u>	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio: ☒	Satisfactorio: ☐	Poco Satisfactorio: ☐
-------------------------	--	---	--

Hora Inicio: 11:00

Hora Fin:

Firma Técnico: [Firma]Firma Cliente: [Firma]Aclaración: [Firma]Aclaración: Rio Antella

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados



Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs)