


Testeo General del Equipo



Servicio N°:

042056

Cliente: *COMPAÑIA SUISSE MEDICAL*
 Contacto: *ANA MARCA 1292*
 Dirección: *BOGOTÁ 21115*
 Sector: *MECÁNICA*
 Tipo Serv: *MECÁNICA*
 Modelo: *MP120*
 N° Serie: *MP00001543*
 Tanque:
 N° Serie:
 Fecha: *7/1/26*
 Diagnostica: *A30*
 S1:
 Remito:
 svo:

Vencimiento de Consumibles

LC	LC	LC	LC
RO CICLOS		VOL TOTAL	

Relevamiento de Datos

	SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación: ppm/mV	☒	☐	☐
Conductividad alimentación: uS/cm	☒	☐	☐
Tensión alimentación: 220 v	☒	☐	☐
Tensión fuente de alimentación: 29 v	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación: °C	☒	☐	☐
Tensión EDI: °C	☒	☐	☐
Presión alimentación: Bar	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: 8.6 Bar	☒	☐	☐
Presión Loop: Bar	☒	☐	☐
Conductividad RO: 7 uS/cm	☒	☐	☐
Conductividad Loop: 0.067 uS/cm	☒	☐	☐
Caudal permeado: 1.8 L/min			A
Caudal Loop: L/min			A
Caudal concentrado: L/min			V
			uS/cm

Recomendaciones

- SE REALIZA MANTENIMIENTO MENSUAL
 - SE CONTROLAN PARÁMETROS Y PRESIONES
 - SE CAMBIA MODULADOR DE ALIMENTACIÓN
 - SE SANITIZA
 - EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	MEMBRANA	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio: Muy Satisfactorio: ☐ Satisfactorio: ☐ Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio: *11:30* Hora Fin:

Firma Técnico: *[Firma]* Firma Cliente: *[Firma]*

Aclaración: *[Firma]* Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580 5605

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
 Escanea y completa todos los datos solicitados

